

I- OBJETO:

AQUISIÇÃO DE SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO Nº 7,5, 8,0, 8,5 E 4,5 PARA UNIDADES DA A.H.M.

II - DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICAS E QUANTIDADES A SEREM ADQUIRIDAS

ITEM 1 : SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO Nº 7,5

Sonda endotraqueal com balão, estéril, descartável, calibre 7,5 mm, confeccionada em PVC atóxico, siliconizado ou termossensível, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente á secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, transparente, com filamento radiopaco, intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. O produto deverá ter o seu calibre e capacidade do balão e escala graduada a cada 01 cm gravada externamente de fácil visualização e de caráter permanente. Embalagem individual que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método de esterilização, validade e número de registro no Ministério da Saúde.

Critério de opção: Menor preço por unidade

Quantidade solicitada: 3.030 unidades

CÓDIGO SUPRIMENTOS: 100438

CÓDIGO COMPRASNET: 45386

ITEM 2 : SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO Nº 8,0

Sonda endotraqueal com balão, estéril, descartável, calibre 8,0 mm, confeccionada em PVC atóxico, siliconizado ou termossensível, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente á secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, transparente, com filamento radiopaco, intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. O produto deverá ter o seu calibre e capacidade do balão e escala graduada a cada 01 cm gravada externamente de fácil visualização e de caráter permanente. Embalagem individual que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método de esterilização, validade e número de registro no Ministério da Saúde.

Critério de opção: Menor preço por unidade

Quantidade solicitada: 3.060 unidades

CÓDIGO SUPRIMENTOS: 100439

CÓDIGO COMPRASNET: 45396

ITEM 3 : SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO Nº 8,5

Sonda endotraqueal com balão, estéril, descartável, calibre 8,5 mm, confeccionada em PVC atóxico, siliconizado ou termossensível, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente á secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, transparente, com filamento radiopaco, intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. O produto deverá ter o seu calibre e capacidade do balão e escala graduada a cada 01 cm gravada externamente de fácil visualização e de caráter permanente. Embalagem individual que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método de esterilização, validade e número de registro no Ministério da Saúde.

Critério de opção: Menor preço por unidade

Quantidade solicitada: 1.040 unidades

CÓDIGO SUPRIMENTOS: 100440

CÓDIGO COMPRASNET: 45390

ITEM 4 : SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO Nº 4,5

Sonda endotraqueal com balão, estéril, descartável, calibre 4,5 mm, confeccionada em PVC atóxico, siliconizado ou termossensível, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente á secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, transparente, com filamento radiopaco, intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. O produto deverá ter o seu calibre e capacidade do balão e escala graduada a cada 01 cm gravada externamente de fácil visualização e de caráter permanente. Embalagem individual que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método de esterilização, validade e número de registro no Ministério da Saúde.

Critério de opção: Menor preço por unidade

Quantidade solicitada: 330 unidades

CÓDIGO SUPRIMENTOS: 100432

CÓDIGO COMPRASNET: 417413

III - REQUISITOS GERAIS

Referentes ao produto

➤ O objeto aqui pretendido, não se caracteriza como de grande complexidade, exigindo das empresas a somatória de capacidade técnica, econômico-financeira e Know-how para o seu atendimento, sendo que o mercado demonstra ampla disponibilidade de fornecedores/prestadores de serviços que, individualmente, detêm condições de participar do procedimento licitatório atendendo à finalidade da obtenção da melhor relação custo-benefício que atenda às necessidades da Administração.

Assim sendo, a permissão de participação de consórcios deverá ser vedada no edital.

➤ Na proposta deverão constar de forma clara a marca, fabricante, embalagem e apresentação do produto ofertado;

➤ Apresentar comprovação, da regularidade do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, através do registro, notificação, cadastramento ou comprovação da isenção de controle sanitário. Havendo dúvida quanto à necessidade de o produto ser registrado junto à ANVISA, caberá ao proponente comprovar que o produto não está sob controle sanitário;

➤ Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar comprovação da solicitação de sua revalidação acompanhada do último registro vencido;

➤ Por ocasião da entrega na unidade requisitante os produtos devem apresentar validade equivalente a pelo menos 2/3 (dois terços) do prazo de validade total e constarem em nota fiscal os lotes e datas de validade nas quantidades correspondentes. Na hipótese de absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição, devidamente justificada e previamente avaliada pela Gerência de Suprimentos da Autarquia Hospitalar Municipal poderá, excepcionalmente, admitir a entrega, obrigando-se o fornecedor, quando acionado, a proceder a imediata substituição, à vista da inviabilidade de utilização dos produtos no período de validade;

➤ Reserva-se o direito à Unidade Requisitante de solicitar a qualquer momento amostras para análise, a fim de comprovar a qualidade do produto ofertado, subsidiando assim a opção técnica;

➤ Os produtos deverão atender aos dispositivos da Lei nº 8.078 de 11.09.90 do Código de Defesa do Consumidor.

➤ O fornecedor deverá arcar com os custos da análise laboratorial, caso o produto ofertado apresente suspeita de irregularidade. Os laudos emitidos serão considerados suficientes para exigir a substituição do produto quando o resultado da análise for desfavorável, ou seja, diferente das especificações prometidas pelo fabricante. Todo produto considerado impróprio ao uso será encaminhado à Vigilância Sanitária para a inutilização nos termos legais;

➤ Apresentar original, cópia simples ou impressão da internet do rótulo, catálogo comercial ou ficha técnica que contenham descrição do material.

Referentes ao proponente

- Apresentar comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa proponente, emitida pelo órgão competente da ANVISA;
- A revalidação da Autorização de Funcionamento deverá seguir o previsto na Lei 9.782 de 26 de janeiro de 1999;
- Apresentar comprovação da Licença de Funcionamento em vigor, emitida pela Autoridade Sanitária local.
- Caso a revalidação da licença de funcionamento para o presente exercício não tenha sido concedida, a proponente deverá apresentar a licença de funcionamento do exercício anterior acompanhada do protocolo de revalidação;
- Apresentar comprovante de Responsabilidade Técnica da empresa proponente em vigor, exercida por um profissional habilitado, emitido pelo respectivo Conselho de Classe.
- Apresentar atestado(s) de capacidade técnica, em cópia acompanhada do original ou autenticada, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) a aptidão para o desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitação. Para fins do disposto, considera-se atividade pertinente ao objeto licitado o fornecimento de material médico hospitalar.

Disposições gerais sobre os documentos

- Todos os documentos apresentados deverão ser claros e legíveis;
- Documentos apresentados na forma de impressões do sitio da ANVISA ou cópia do Diário Oficial estão sujeitos a conferência pela equipe técnica da AHM.
- Documentos apresentados em cópia deverão ser autenticados ou estar acompanhados de original para conferência.
- Os documentos apresentados em língua estrangeira, emitidos por entidades públicas ou privadas de seus países de origem, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados brasileiros e traduzidos por tradutor juramentado;

IV – DO PRAZO

- Os itens constantes nesta requisição têm previsão de utilização de até 150 (cento e cinquenta) dias podendo ser interrompido, a qualquer tempo, quando da conclusão do Processo Administrativo SEI **6110.2020/0000885-4**, que contempla o mesmo objeto.

V - DA ENTREGA

A entrega será em 1 parcela e deverá ocorrer no prazo de **03 dias úteis** a contar da retirada/recebimento das Ordens de Fornecimento, nos locais abaixo descritos.

HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARMINO CARICCHIO

Av. Celso Garcia, 4.815 - Tatuapé

HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO

Al. Rodrigo de Brum, 1989 - Ermelino Matarazzo

HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES ROCHA

Estr. de Itapeperica da Serra, 1.661 - Vila Maracanã

HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA

R. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 860 - Jabaquara

HOSPITAL MUNICIPAL IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEA

R. Juventus , 562 - Mooca

HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA

Av. Menotti Laudisio, 100 - Pirituba

HOSPITAL MUNICIPAL PROF. WALDOMIRO DE PAULA

R. Augusto Carlos Baumann, 1074 - Itaquera

HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETUBAL

R. Dr. José Guilherme Eiras, 123 - S. Miguel Paulista

HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI

R. Lucas de Leyde, 257 - Rio Pequeno

HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALEXANDRE ZAIO

R. Alves Maldonado, 128 - V.Nhocuné

HOSPITAL MUNICIPAL BENEDICTO MONTENEGRO

Rua Antônio Lázaro, 226. Bairro Jardim Iva

ALMOXARIFADO CENTRAL DA AHM

Av. Octaviano Alves de Lima, 4000 - Freguesia do Ó