

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. OBJETO

AQUISIÇÃO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE **LARINGOSCOPIOS COM LAMINAS CURVAS - ADULTO**, PARA OS HOSPITAIS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA AUTARQUIA, VISANDO O ATENDIMENTO A DEMANDA OCASIONAL PELO COVID-19.

### 2. JUSTIFICATIVA

É de domínio público que em 11/03/2020 a Organização Mundial de Saúde declarou Pandemia de Coronavírus, frente a disseminação do vírus e sua letalidade e mortalidade na população acometida. A disseminação do vírus está atingindo todo território do Brasil, como por exemplo, o município de São Paulo, que por sua vez em 16/03/2020 declarou situação de Emergência no município de São Paulo através do Decreto nº 59.283/2020.

Assim, a aquisição dos **Laringoscópios** se faz necessária para suprir demanda das unidades hospitalares, com aparelhos essenciais durante a intubação orotraqueal dos pacientes.

### 3. LOCAL DE ENTREGA

- a) **HMARS - Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro Saboya**  
Rua Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 860- Jabaquara  
A/C – Diretoria Administrativa- Tel.: 3394-8424/8425/8447
- b) **HMACN - Hospital Municipal Profº Dr. Alípio Correa Neto**  
Al. Rodrigo de Brunn, 1989 – Ermelino Matarazzo – SP  
A/C – Diretoria Administrativa Tel.: 3394-8141/8100/8101
- c) **HMWP - Hospital Municipal Prof. Dr. Waldomiro de Paula**  
Rua Augusto Carlos Baumamm, 1074 – Itaquera – SP  
A/C – Diretoria Administrativa - Tel.: 3394-9000/9001/9002

- d) **HMAZ - Hospital Municipal Alexandre Zaio**  
Rua Alves Maldonado, 128 – Vila Nhocué  
A/C - Diretoria Administrativa Tel.: 3394-9215/9216/9217
  
- e) **HMIPG - Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouveia**  
Rua Juventus, 562 – Mooca  
A/C Diretoria Administrativa - Tel.: 3394-7811/7812/7878
  
- f) **HMBM – Hospital Municipal Dr. Benedicto Montenegro**  
Rua: Antonio Lazaro, 226 - Jardim Iva - São Paulo -SP  
A/C Diretoria Administrativa - Tel: 3394-9500
  
- g) **HMTS - Hospital Municipal Tide Setúbal**  
Rua Dr. José Guilherme Eiras, 123 - São Miguel Paulista  
A/C Diretoria Administrativa - Tel.: 3394-8824/8825/8826
  
- h) **HMJSH - Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria**  
Av. Menotti Laudisio, 100 – Pirituba -SP  
A/C Diretoria Administrativa - Tel.: 3394-8633/8634/8635
  
- i) **HMCC - Hospital Municipal Dr. Cármino Caricchio**  
Av. Celso Garcia, 4815 – Tatuapé – SP  
A/C – Diretoria Administrativa - Tel.: 3394-6987/6988/6989

#### 4. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

##### 4.1. Descrição Técnica

**A)** A descrição do equipamento consta no ITEM 12 - **Quadro 01 – Descrição do Item;**

**B)** As proponentes deverão mencionar na proposta comercial: marca, modelo, nº do registro do produto na ANVISA quando houver, descrição completa do produto ofertado e procedência;

## 5. DA ENTREGA

- a) A entrega dos Laringoscópios deverá ocorrer em até 10 dias corridos da retirada da **Ordem de Fornecimento** a ser emitida pelo Departamento de Gestão e Assistência - DEGAS. A CONTRATADA deverá assiná-la e devolvê-la em até 02 dias úteis a contar da data de emissão da mesma.
- b) Os Laringoscópios deverão ser entregues embalados conforme praxe do fabricante, de modo que a integridade do produto seja preservada durante o transporte e seu armazenamento quando necessário. A proponente vencedora arcará com todos os custos e mão de obra para montagem dos aparelhos, deixando-o pronto para uso.
- c) A entrega dos produtos deverá seguir todas as recomendações da instituição, incluindo agendamento prévio com 3 dias de antecedência.

## 6. DA GARANTIA

- a) O prazo de garantia total para o item deverá ser de no mínimo 12 (Doze) meses, a partir da data de entrega;
- b) A qualidade do item de acordo com os requisitos das normas da ABNT;
- c) Os Laringoscópios deverão apresentar etiqueta fixada contendo: identificação do fabricante, data de fabricação, número de série e campo para preenchimento da data de entrega.
- d) A CONTRATADA deverá garantir a reposição livre de despesas, do item fornecido considerado defeituoso, devido a eventuais deficiências em seu projeto, matéria-prima, fabricação ou transporte.
- e) A garantia deverá ser prestada no local onde o equipamento for alocado. Quando houver necessidade do mesmo ser enviado a assistência técnica do fabricante/empresa, os custos

de transporte para retirada e devolução ficarão a cargo da contratada, sem nenhum ônus à contratante.

- f) As eventuais intervenções realizadas no período de garantia, deverão ocorrer em prazo não superior a 36 (trinta e seis) horas úteis após o chamado da unidade, por qualquer meio disponível;

## **7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- a) No período da garantia a CONTRATADA deverá substituir sem nenhum ônus adicional, peças ou partes defeituosas decorrentes de vícios ou defeitos de fabricação ou desgaste anormal do produto, salvo quando o defeito for provocado por uso indevido do equipamento, devidamente comprovado;
- b) As eventuais intervenções realizadas no período de garantia, deverão ocorrer em prazo não superior a 36 (trinta e seis) horas úteis após o chamado da unidade, por qualquer meio disponível;
- c) Fornecer produto novo, de 1ª linha de fabricação, e qualidade e em acordo com as especificações deste objeto e normas técnicas vigentes,
- d) Efetuar a troca imediata do produto, e sem ônus a esta Administração, caso o equipamento esteja com irregularidades ou divergente das especificações do edital.

## **8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

- a) Quando do recebimento do material, caberá a Diretoria Administrativa da unidade, designar uma pessoa responsável para acompanhar e conferir o material;
- b) Se identificado irregularidades, defeitos ou divergência do produto em relação ao especificado no Edital, a Diretoria Administrativa deverá fazer a recusa no recebimento justificando o motivo, e, posteriormente informar a esta Administração sobre tal fato, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato.

c) Constatadas irregularidades no(s) equipamento(s) entregue(s), a unidade destinatária poderá rejeitá-lo(s) no todo ou em parte, notificando por escrito no documento de entrega. Sendo que, a CONTRATADA deverá comunicar em 1 (um) dia útil contado da notificação por escrito, as providências para sanar a inconformidade relatada, sem prejuízos às demais obrigações quanto ao cumprimento de prazos e aplicação de penalidades cabíveis.

## 9. REQUISITOS GERAIS

- a) Os produtos deverão atender à Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes.
- b) Atender a todas as normativas técnicas vigentes;
- c) Atender na íntegra o descritivo do produto conforme **Quadro 01 – Descrição do item**;

## 10. HABILITAÇÃO TÉCNICA

### 10.1 Referente ao produto

- a) Na proposta deverão constar de forma clara a marca, modelo, fabricante, descrição completa do produto, número do registro do produto na ANVISA e procedência;
- b) Apresentar comprovação, da regularidade do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, através do registro do produto, este deverá estar vigente;
- c) Catalogo Técnico ou folheto elucidativo com foto contendo a marca, modelo, especificação completa do produto ofertado, este deverá estar em língua portuguesa do Brasil;

### 10.2. Disposições gerais sobre os documentos

- j) Todos os documentos apresentados deverão ser claros e legíveis;

- k) Documentos apresentados na forma de impressões do site da ANVISA ou cópia do Diário Oficial estão sujeitos a conferência pela equipe técnica da AHM.
- l) Documentos apresentados em cópia deverão ser autenticados ou estar acompanhados de original para conferência
- m) Os documentos apresentados em língua estrangeira, emitidos por entidades públicas ou privadas de seus países de origem, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados brasileiros e traduzidos por tradutor juramentado;

## 11. DO PAGAMENTO

- d) O pagamento somente será efetuado após a conclusão da entrega dos aparelhos em todas as unidades de saúde, conforme previsto no item 5.
- e) Para isso a empresa CONTRATADA deverá entregar na unidade de saúde beneficiada com o equipamento, nota fiscal individual para hospital.
- f) Após finalizada todas as etapas estabelecidas no item 5, a unidade de saúde beneficiada com o equipamento deverá encaminhar para esta Autarquia, em até 5 (cinco) dias úteis, a nota fiscal juntamente com o Ateste de Recebimento conforme PORTARIA SMG nº 44/15, 10 de outubro de 2015 e a PORTARIA SF nº 159, de 27 de junho de 2017 mencionando a data de conclusão dos serviços estabelecidos no item 5, para prosseguimento do processo de pagamento;
- g) O pagamento será efetuado em parcela única, em até 30 dias após o recebimento da documentação estabelecida nas alíneas “b” e “c” no Setor de Engenharia desta Autarquia Hospitalar Municipal;

## 12. DESCRIÇÃO TÉCNICA

### A) QUADRO 01 – DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

#### ITEM 1 - HMAcN - HOSPITAL MUNICIPAL PROFº DR. ALÍPIO CORREA NETO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	<p><b>LARINGOSCÓPIO ADULTO - LÂMINA CURVA.</b> <b>(Código Comprasnet 445610)</b></p> <p>Conjunto composto de corpo em latão ou aço inoxidável à prova de ferrugem para pilhas médias tipo c, com rosca dos lados para facilitar a limpeza.</p> <p>Tampo com rosca de passo grande e mola de aço inoxidável, com sistema de encaixe das laminas.</p> <p>Lâmpadas padronizadas pela ABNT, encaixe para cabo com dimensões de padrão internacional.</p> <p>Lâminas totalmente em aço inoxidável, com lâmpada posicionada de modo a proporcionar iluminação adequada, sem atrapalhar manobras de entubação.</p> <p>As lâminas curvas deverão ter superfície de bordas homogêneas, sem rebarbas ou cantos vivos, nos seguintes números 2, 3 e 4 cada um.</p> <p><b>Observação:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de série gravado no cabo;</li> <li>• As lâminas do laringoscópio deverão fazer encaixe nos cabos dos laringoscópios;</li> <li>• Acondicionado em estojo próprio com divisórias para cabo e lâminas.</li> </ul>	4

#### ITEM 2 - HMARS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTHUR RIBEIRO SABOYA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	<p><b>LARINGOSCÓPIO ADULTO - LÂMINA CURVA.</b> <b>(Código Comprasnet 445610)</b></p> <p>Conjunto composto de corpo em latão ou aço inoxidável à prova de ferrugem para pilhas médias tipo c, com rosca dos lados para facilitar a limpeza.</p> <p>Tampo com rosca de passo grande e mola de aço inoxidável, com sistema de encaixe</p>	6

	<p>das laminas.</p> <p>Lâmpadas padronizadas pela ABNT, encaixe para cabo com dimensões de padrão internacional.</p> <p>Lâminas totalmente em aço inoxidável, com lâmpada posicionada de modo a proporcionar iluminação adequada, sem atrapalhar manobras de entubação.</p> <p>As lâminas curvas deverão ter superfície de bordas homogêneas, sem rebarbas ou cantos vivos, nos seguintes números 2, 3 e 4 cada um.</p> <p><b>Observação:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de série gravado no cabo;</li> <li>• As lâminas do laringoscópio deverão fazer encaixe nos cabos dos laringoscópios;</li> <li>• Acondicionado em estojo próprio com divisórias para cabo e lâminas.</li> </ul>	
--	--	--

**ITEM 3 - HMAZ - HOSPITAL MUNICIPAL ALEXANDRE ZAIO**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	<p style="text-align: center;"><b>LARINGOSCÓPIO ADULTO - LÂMINA CURVA.</b> <b>(Código Comprasnet 445610)</b></p> <p>Conjunto composto de corpo em latão ou aço inoxidável à prova de ferrugem para pilhas médias tipo c, com rosca dos lados para facilitar a limpeza.</p> <p>Tampo com rosca de passo grande e mola de aço inoxidável, com sistema de encaixe das laminas.</p> <p>Lâmpadas padronizadas pela ABNT, encaixe para cabo com dimensões de padrão internacional.</p> <p>Lâminas totalmente em aço inoxidável, com lâmpada posicionada de modo a proporcionar iluminação adequada, sem atrapalhar manobras de entubação.</p> <p>As lâminas curvas deverão ter superfície de bordas homogêneas, sem rebarbas ou cantos vivos, nos seguintes números 2, 3 e 4 cada um.</p> <p><b>Observação:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de série gravado no cabo;</li> <li>• As lâminas do laringoscópio deverão fazer encaixe nos cabos dos laringoscópios;</li> <li>• Acondicionado em estojo próprio com divisórias para cabo e lâminas.</li> </ul>	2



**ITEM 4 - HMBM - HOSPITAL MUNICIPAL BENEDITO MONTENEGRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	<p><b>LARINGOSCÓPIO ADULTO - LÂMINA CURVA.</b> <b>(Código Comprasnet 445610)</b></p> <p>Conjunto composto de corpo em latão ou aço inoxidável à prova de ferrugem para pilhas médias tipo c, com rosca dos lados para facilitar a limpeza.</p> <p>Tampo com rosca de passo grande e mola de aço inoxidável, com sistema de encaixe das laminas.</p> <p>Lâmpadas padronizadas pela ABNT, encaixe para cabo com dimensões de padrão internacional.</p> <p>Lâminas totalmente em aço inoxidável, com lâmpada posicionada de modo a proporcionar iluminação adequada, sem atrapalhar manobras de entubação.</p> <p>As lâminas curvas deverão ter superfície de bordas homogêneas, sem rebarbas ou cantos vivos, nos seguintes números 2, 3 e 4 cada um.</p> <p><b>Observação:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de série gravado no cabo;</li> <li>• As lâminas do laringoscópio deverão fazer encaixe nos cabos dos laringoscópios;</li> <li>• Acondicionado em estojo próprio com divisórias para cabo e lâminas.</li> </ul>	4

**ITEM 5 - HMCC - HOSPITAL MUNICIPAL CARMINO CARICCHIO**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	<p><b>LARINGOSCÓPIO ADULTO - LÂMINA CURVA.</b> <b>(Código Comprasnet 445610)</b></p> <p>Conjunto composto de corpo em latão ou aço inoxidável à prova de ferrugem para pilhas médias tipo c, com rosca dos lados para facilitar a limpeza.</p> <p>Tampo com rosca de passo grande e mola de aço inoxidável, com sistema de encaixe das laminas.</p> <p>Lâmpadas padronizadas pela ABNT, encaixe para cabo com dimensões de padrão internacional.</p> <p>Lâminas totalmente em aço inoxidável, com lâmpada posicionada de modo a</p>	10

	<p>proporcionar iluminação adequada, sem atrapalhar manobras de entubação. As lâminas curvas deverão ter superfície de bordas homogêneas, sem rebarbas ou cantos vivos, nos seguintes números 2, 3 e 4 cada um.</p> <p><b>Observação:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de série gravado no cabo;</li> <li>• As lâminas do laringoscópio deverão fazer encaixe nos cabos dos laringoscópios;</li> <li>• Acondicionado em estojo próprio com divisórias para cabo e lâminas.</li> </ul>	
--	--	--

**ITEM 6 - HMIPG- HOSPITAL MUNICIPAL IGNACIO PROENÇA DE GOUVEA**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	<p style="text-align: center;"><b>LARINGOSCÓPIO ADULTO - LÂMINA CURVA.</b> <b>(Código Comprasnet 445610)</b></p> <p>Conjunto composto de corpo em latão ou aço inoxidável à prova de ferrugem para pilhas médias tipo c, com rosca dos lados para facilitar a limpeza. Tampo com rosca de passo grande e mola de aço inoxidável, com sistema de encaixe das laminas. Lâmpadas padronizadas pela ABNT, encaixe para cabo com dimensões de padrão internacional.</p> <p>Lâminas totalmente em aço inoxidável, com lâmpada posicionada de modo a proporcionar iluminação adequada, sem atrapalhar manobras de entubação. As lâminas curvas deverão ter superfície de bordas homogêneas, sem rebarbas ou cantos vivos, nos seguintes números 2, 3 e 4 cada um.</p> <p><b>Observação:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de série gravado no cabo;</li> <li>• As lâminas do laringoscópio deverão fazer encaixe nos cabos dos laringoscópios;</li> <li>• Acondicionado em estojo próprio com divisórias para cabo e lâminas.</li> </ul>	15

**ITEM 7 - HMJSH- HOSPITAL MUNICIPAL JOSE SOARES HUNGRIA**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	<p><b>LARINGOSCÓPIO ADULTO - LÂMINA CURVA.</b> <b>(Código Comprasnet 445610)</b></p> <p>Conjunto composto de corpo em latão ou aço inoxidável à prova de ferrugem para pilhas médias tipo c, com rosca dos lados para facilitar a limpeza.</p> <p>Tampo com rosca de passo grande e mola de aço inoxidável, com sistema de encaixe das laminas.</p> <p>Lâmpadas padronizadas pela ABNT, encaixe para cabo com dimensões de padrão internacional.</p> <p>Lâminas totalmente em aço inoxidável, com lâmpada posicionada de modo a proporcionar iluminação adequada, sem atrapalhar manobras de entubação.</p> <p>As lâminas curvas deverão ter superfície de bordas homogêneas, sem rebarbas ou cantos vivos, nos seguintes números 2, 3 e 4 cada um.</p> <p><b>Observação:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de série gravado no cabo;</li> <li>• As lâminas do laringoscópio deverão fazer encaixe nos cabos dos laringoscópios;</li> <li>• Acondicionado em estojo próprio com divisórias para cabo e lâminas.</li> </ul>	15

**ITEM 8- HMTS - HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETUBAL**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	<p><b>LARINGOSCÓPIO ADULTO - LÂMINA CURVA.</b> <b>(Código Comprasnet 445610)</b></p> <p>Conjunto composto de corpo em latão ou aço inoxidável à prova de ferrugem para pilhas médias tipo c, com rosca dos lados para facilitar a limpeza.</p> <p>Tampo com rosca de passo grande e mola de aço inoxidável, com sistema de encaixe das laminas.</p> <p>Lâmpadas padronizadas pela ABNT, encaixe para cabo com dimensões de padrão internacional.</p> <p>Lâminas totalmente em aço inoxidável, com lâmpada posicionada de modo a</p>	15

	<p>proporcionar iluminação adequada, sem atrapalhar manobras de entubação. As lâminas curvas deverão ter superfície de bordas homogêneas, sem rebarbas ou cantos vivos, nos seguintes números 2, 3 e 4 cada um.</p> <p><b>Observação:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de série gravado no cabo;</li> <li>• As lâminas do laringoscópio deverão fazer encaixe nos cabos dos laringoscópios;</li> <li>• Acondicionado em estojo próprio com divisórias para cabo e lâminas.</li> </ul>	
--	--	--

**ITEM 9 - HMWP - HOSPITAL MUNICIPAL WALDOMIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	<p style="text-align: center;"><b>LARINGOSCÓPIO ADULTO - LÂMINA CURVA.</b> <b>(Código Comprasnet 445610)</b></p> <p>Conjunto composto de corpo em latão ou aço inoxidável à prova de ferrugem para pilhas médias tipo c, com rosca dos lados para facilitar a limpeza. Tampo com rosca de passo grande e mola de aço inoxidável, com sistema de encaixe das laminas. Lâmpadas padronizadas pela ABNT, encaixe para cabo com dimensões de padrão internacional.</p> <p>Lâminas totalmente em aço inoxidável, com lâmpada posicionada de modo a proporcionar iluminação adequada, sem atrapalhar manobras de entubação. As lâminas curvas deverão ter superfície de bordas homogêneas, sem rebarbas ou cantos vivos, nos seguintes números 2, 3 e 4 cada um.</p> <p><b>Observação:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de série gravado no cabo;</li> <li>• As lâminas do laringoscópio deverão fazer encaixe nos cabos dos laringoscópios;</li> <li>• Acondicionado em estojo próprio com divisórias para cabo e lâminas.</li> </ul>	15

### 13. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO / QUANTITATIVO	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - UNIDADES HOSPITALARES									TOTAL
	ITEM 1	ITEM 2	ITEM 3	ITEM 4	ITEM 5	ITEM 6	ITEM 7	ITEM 8	ITEM 9	
	HMACN	HMARS	HMAZ	HMBM	HMCC	HMIPG	HMJSH	HMTS	HMWP	
LARINGOSCÓPIO ADULTO - LÂMINAS CURVAS Nº 2,3 e 4	4	6	2	4	10	15	15	15	15	86

**Observação:** A grade de distribuição dos equipamentos poderá sofrer alteração quando da emissão da Ordem de Fornecimento, conforme definição pelo Departamento de Gestão e Assistência - DEGAS.

### 14. QUADRO DE ESTIMATIVA DE PREÇO DO PRODUTO OFERTADO

HOSPITAL MUNICIPAL ALIPIO CORREA NETTO						
ITEM	Descrição Detalhada dos Equipamentos Ofertados	Marca e modelo	Nº do registro na ANVISA	QTD	Preços	
					Unitário R\$	Total R\$
1	LARINGOSCÓPIO ADULTO - LÂMINAS CURVAS Nº 2,3 e 4			4		

HOSPITAL MUNICIPAL ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA						
ITEM	Descrição Detalhada dos Equipamentos Ofertados	Marca e modelo	Nº do registro na ANVISA	QTD	Preços	
					Unitário R\$	Total R\$
2	LARINGOSCÓPIO ADULTO - LÂMINAS CURVAS Nº 2,3 e 4			6		

HOSPITAL MUNICIPAL ALEXANDRE ZAIO						
ITEM	Descrição Detalhada dos Equipamentos Ofertados	Marca e modelo	Nº do registro na ANVISA	QTD	Preços	
					Unitário R\$	Total R\$
3	LARINGOSCÓPIO ADULTO - LÂMINAS CURVAS Nº 2,3 e 4			2		

HOSPITAL MUNICIPAL BENEDITO MONTENEGRO						
ITEM	Descrição Detalhada dos Equipamentos Ofertados	Marca e modelo	Nº do registro na ANVISA	QTD	Preços	
					Unitário R\$	Total R\$
4	LARINGOSCÓPIO ADULTO - LÂMINAS CURVAS Nº 2,3 e 4			4		

HOSPITAL MUNICIPAL CARMINO CARICCHIO						
ITEM	Descrição Detalhada dos Equipamentos Ofertados	Marca e modelo	Nº do registro na ANVISA	QTD	Preços	
					Unitário R\$	Total R\$
5	LARINGOSCÓPIO ADULTO - LÂMINAS CURVAS Nº 2,3 e 4			10		

HOSPITAL MUNICIPAL IGNACIO PROENÇA DE GOUVEA						
ITEM	Descrição Detalhada dos Equipamentos Ofertados	Marca e modelo	Nº do registro na ANVISA	QTD	Preços	
					Unitário R\$	Total R\$
6	LARINGOSCÓPIO ADULTO - LÂMINAS CURVAS Nº 2,3 e 4			15		

HOSPITAL MUNICIPAL JOSE SOARES HUNGRIA						
ITEM	Descrição Detalhada dos Equipamentos Ofertados	Marca e modelo	Nº do registro na ANVISA	QTD	Preços	
					Unitário R\$	Total R\$
7	LARINGOSCÓPIO ADULTO - LÂMINAS CURVAS Nº 2,3 e 4			15		

HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETUBAL						
ITEM	Descrição Detalhada dos Equipamentos Ofertados	Marca e modelo	Nº do registro na ANVISA	QTD	Preços	
					Unitário R\$	Total R\$
8	LARINGOSCÓPIO ADULTO - LÂMINAS CURVAS Nº 2,3 e 4			15		

HOSPITAL MUNICIPAL WALDOMIRO DE PAULA						
ITEM	Descrição Detalhada dos Equipamentos Ofertados	Marca e modelo	Nº do registro na ANVISA	QTD	Preços	
					Unitário R\$	Total R\$
9	LARINGOSCÓPIO ADULTO - LÂMINAS CURVAS Nº 2,3 e 4			15		

## 15. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

- A) O menor valor por ITEM que atenda a todas as exigências deste objeto.

  
**Valéria Moreno Sebulka**  
 Engenharia Clínica  
 AHM