

I- OBJETO:

**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
DEVIDO AO COVID-19 PARA UNIDADES DA A.H.M.**

II - DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICAS E QUANTIDADES A SEREM ADQUIRIDAS

ITEM 1 : ASPIRADOR PARA REDE DE VACUO

Aspirador para uso em rede canalizada de vácuo, manômetro indicador de pressão de 0 a 30 mmHg, tampa de nylon com enxerto de metal cromado, guarnição de borracha que permita ajuste perfeito, botão de regulação de aspiração, frasco de vidro com capacidade para 500 ml, graduado com escala divisória permanente de 50 em 50 ml e marcação a cada 100 ml, com rosca de diâmetro universal, bóia de segurança que impeça a passagem de secreção para rede de vácuo e rosca fêmea de acordo com as normas da A.B.N.T. As embalagens deverão ser acondicionadas conforme praxe do fabricante, trazendo impressa a indicação quantitativa, especificação técnica, número do lote, data de fabricação e validade.

Critério de opção: Menor preço por unidade

Quantidade solicitada: 370 unidades

CÓDIGO SUPRIMENTOS: 103003

CÓDIGO COMPRASNET:

ITEM 2 : TOMADA TRIPLA PARA OXIGÊNIO

Tomada tripla para oxigênio, com corpo em alumínio, niple em metal cromado, não ferroso, padrão A.B.N.T., pino de impacto que impeça a saída de fluxo, borboleta anatômica para adaptação à fonte de gás, utilizada para triplicar ponto de consumo na rede canalizada. Embalado conforme praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.

Critério de opção: Menor preço por unidade

Quantidade solicitada: 200 unidades

CÓDIGO SUPRIMENTOS: 103099

CÓDIGO COMPRASNET: 347715

ITEM 3 : CONECTOR T 22 X 22 X 15

Conector em T 22F X 22F X 22M/15F confeccionado em policarbonato. Embalado conforme praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação e validade.

Critério de opção: Menor preço por unidade

Quantidade solicitada: 300 unidades

CÓDIGO SUPRIMENTOS: 103108

CÓDIGO COMPRASNET: 229644

ITEM 4 : TRAQUEIA SILICONE 22 X 2,00

Traquéia corrugada confeccionada em silicone (autoclavável), atóxico, flexível, internamente lisa, utilizada em nebulização ou aparelho de anestesia com aproximadamente 200 cm de comprimento e 22 mm de diâmetro, com conectores nas extremidades. As embalagens deverão ser acondicionadas conforme praxe do fabricante, trazendo impressa a indicação quantitativa, especificação técnica, número do lote, data de fabricação e validade.

Critério de opção: Menor preço por unidade

Quantidade solicitada: 126 unidades

CÓDIGO SUPRIMENTOS: 103107

CÓDIGO COMPRASNET: 455147

ITEM 5 : CONECTOR RETO 22 M X 22 F

Conector reto 22M/15F X 22F confeccionado em policarbonato ou material compatível para uso. Embalado conforme praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e prazo de validade.

Critério de opção: Menor preço por unidade

Quantidade solicitada: 200 unidades

CÓDIGO SUPRIMENTOS: 103025

CÓDIGO COMPRASNET: 229644

ITEM 6 : CONECTOR RETO 22 MM /15 F X 22 MM /15 F

Conector reto 22M/15F X 22M/15F confeccionado em policarbonato ou material compatível para uso. Embalado conforme praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e prazo de validade.

Critério de opção: Menor preço por unidade

Quantidade solicitada: 200 unidades

CÓDIGO SUPRIMENTOS: 103023

CÓDIGO COMPRASNET: 455837

ITEM 7 : ASPIRADOR PARA REDE DE AR COMPRIMIDO

Aspirador tipo venturi, para uso em rede canalizada de ar comprimido, tampa de nylon com enxerto de metal cromado, rosca fêmea de acordo com as normas da A.B.N.T, botão de regulagem de aspiração, frasco de vidro com capacidade para 500 ml, graduado com escala divisória permanente de 50 ml em 50 ml e marcação a cada 100 ml, com rosca de diâmetro universal, bóia de segurança que impeça a passagem de secreção para a rede de ar comprimido. As embalagens deverão ser acondicionadas conforme praxe do fabricante, trazendo impressa a indicação quantitativa, número do lote, data de fabricação e validade e número de registro do produto no Ministério da Saúde.

Critério de opção: Menor preço por unidade

Quantidade solicitada: 200 unidades

CÓDIGO SUPRIMENTOS: 103001

CÓDIGO COMPRASNET:

ITEM 8 : ASPIRADOR PARA REDE DE OXIGENIO

Aspirador tipo Venturi, para uso em rede canalizada de oxigênio, tampa em nylon com enxerto em metal cromado, rosca fêmea de acordo com as normas da ABNT, botão de regulagem de aspiração, frasco de vidro com capacidade para 500 ml, graduado com escala permanente de 50 ml em 50 ml e marcação a cada 100 ml, com rosca de diâmetro universal, bóia de segurança que impeça a passagem de secreção para a rede de oxigênio. Embalado conforme praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.

Critério de opção: Menor preço por unidade

Quantidade solicitada: 100 unidades

CÓDIGO SUPRIMENTOS: 103002

CÓDIGO COMPRASNET:

III - REQUISITOS GERAIS

Referentes ao produto

➤ O objeto aqui pretendido, não se caracteriza como de grande complexidade, exigindo das empresas a somatória de capacidade técnica, econômico-financeira e Know-how para o seu atendimento, sendo que o mercado demonstra ampla disponibilidade de fornecedores/prestadores de serviços que, individualmente, detêm condições de participar do procedimento licitatório atendendo à finalidade da obtenção da melhor relação custo-benefício que atenda às necessidades da Administração.

Assim sendo, a permissão de participação de consórcios deverá ser vedada no edital.

➤ Na proposta deverão constar de forma clara a marca, fabricante, embalagem e apresentação do produto ofertado;

➤ Apresentar comprovação, da regularidade do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, através do registro, notificação, cadastramento ou comprovação da isenção de controle sanitário. Havendo dúvida quanto à necessidade de o produto ser registrado junto à ANVISA, caberá ao proponente comprovar que o produto não está sob controle sanitário;

➤ Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar comprovação da solicitação de sua revalidação acompanhada do último registro vencido;

➤ Por ocasião da entrega na unidade requisitante os produtos devem apresentar validade equivalente a pelo menos 2/3 (dois terços) do prazo de validade total e constarem em nota fiscal os lotes e datas de validade nas quantidades correspondentes. Na hipótese de absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição, devidamente justificada e previamente avaliada pela Gerência de Suprimentos da Autarquia Hospitalar Municipal poderá, excepcionalmente, admitir a entrega, obrigando-se o fornecedor, quando acionado, a proceder a imediata substituição, à vista da inviabilidade de utilização dos produtos no período de validade;

➤ Reserva-se o direito à Unidade Requisitante de solicitar a qualquer momento amostras para análise, a fim de comprovar a qualidade do produto ofertado, subsidiando assim a opção técnica;

➤ Os produtos deverão atender aos dispositivos da Lei nº 8.078 de 11.09.90 do Código de Defesa do Consumidor.

➤ O fornecedor deverá arcar com os custos da análise laboratorial, caso o produto ofertado apresente suspeita de irregularidade. Os laudos emitidos serão considerados suficientes para exigir a substituição do produto quando o resultado da análise for desfavorável, ou seja,

diferente das especificações prometidas pelo fabricante. Todo produto considerado impróprio ao uso será encaminhado à Vigilância Sanitária para a inutilização nos termos legais;

➤ Apresentar original, cópia simples ou impressão da internet do rótulo, catálogo comercial ou ficha técnica que contenham descrição do material.

Referentes ao proponente

➤ Apresentar comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa proponente, emitida pelo órgão competente da ANVISA;

➤ A revalidação da Autorização de Funcionamento deverá seguir o previsto na Lei 9.782 de 26 de janeiro de 1999;

➤ Apresentar comprovação da Licença de Funcionamento em vigor, emitida pela Autoridade Sanitária local.

➤ Caso a revalidação da licença de funcionamento para o presente exercício não tenha sido concedida, a proponente deverá apresentar a licença de funcionamento do exercício anterior acompanhada do protocolo de revalidação;

➤ Apresentar comprovante de Responsabilidade Técnica da empresa proponente em vigor, exercida por um profissional habilitado, emitido pelo respectivo Conselho de Classe.

➤ Apresentar atestado(s) de capacidade técnica, em cópia acompanhada do original ou autenticada, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) a aptidão para o desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitação. Para fins do disposto, considera-se atividade pertinente ao objeto licitado o fornecimento de material médico hospitalar.

Disposições gerais sobre os documentos

➤ Todos os documentos apresentados deverão ser claros e legíveis;

➤ Documentos apresentados na forma de impressões do sítio da ANVISA ou cópia do Diário Oficial estão sujeitos a conferência pela equipe técnica da AHM.

➤ Documentos apresentados em cópia deverão ser autenticados ou estar acompanhados de original para conferência.

➤ Os documentos apresentados em língua estrangeira, emitidos por entidades públicas ou privadas de seus países de origem, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados brasileiros e traduzidos por tradutor juramentado;

IV - DA ENTREGA

A entrega será em 1 parcela e deverá ocorrer no prazo de 3 dias úteis a contar da retirada/recebimento das Ordens de Fornecimento, nos locais abaixo descritos.

HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARMINO CARICCHIO

Av. Celso Garcia, 4.815 - Tatuapé

HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO

Al. Rodrigo de Brum, 1989 - Ermelino Matarazzo

HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES ROCHA

Estr. de Itapeperica da Serra, 1.661 - Vila Maracanã

HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA

R. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 860 - Jabaquara

HOSPITAL MUNICIPAL IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEA

R. Juventus , 562 - Mooca

HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA

Av. Menotti Laudisio, 100 - Pirituba

HOSPITAL MUNICIPAL PROF. WALDOMIRO DE PAULA

R. Augusto Carlos Baumann, 1074 - Itaquera

HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETUBAL

R. Dr. José Guilherme Eiras, 123 - S. Miguel Paulista

HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI

R. Lucas de Leyde, 257 - Rio Pequeno

HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALEXANDRE ZAIO

R. Alves Maldonado, 128 - V.Nhocuné

HOSPITAL MUNICIPAL BENEDICTO MONTENEGRO

Rua Antônio Lázaro, 226. Bairro Jardim Iva