

## **EMERGÊNCIA**

### **I- OBJETO:**

**AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL PARA UNIDADES DA A.H.M.**

### **II - DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICAS E QUANTIDADES A SEREM ADQUIRIDAS**

#### **ITEM 1 : MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL**

Máscara cirúrgica com pregas, descartável, em não tecido ou outra matéria prima compatível, composta por 03( três ) camadas (interna, externa e filtro), que assegure filtragem de no mínimo 95 %, impermeável a fluidos. De formato retangular, com pregas fechadas. Dotada de borda em toda a sua extensão, clipe nasal ajustável e resistente, que não traumatize o rosto e 4 tiras resistentes medindo no mínimo 40 cm para sua fixação, capazes de proporcionar ajuste perfeito ao usuário. A máscara deverá ser atóxica, macia, isenta de emendas, manchas ou qualquer outro defeito prejudicial à sua finalidade. Embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.

**Critério de opção:** Menor preço por unidade

**Quantidade solicitada:** 750.000 unidades

**CÓDIGO SUPRIMENTOS:** 100372

**CÓDIGO COMPRASNET:**

### **III - REQUISITOS GERAIS**

#### **Referentes ao produto**

➤ O objeto aqui pretendido, não se caracteriza como de grande complexidade, exigindo das empresas a somatória de capacidade técnica, econômico-financeira e Know-how para o seu atendimento, sendo que o mercado demonstra ampla disponibilidade de fornecedores/prestadores de serviços que, individualmente, detêm condições de participar do procedimento licitatório atendendo à finalidade da obtenção da melhor relação custo-benefício que atenda às necessidades da Administração.

Assim sendo, a permissão de participação de consórcios deverá ser vedada no edital.

➤ Na proposta deverão constar de forma clara a marca, fabricante, embalagem e apresentação do produto ofertado;

➤ Apresentar comprovação, da regularidade do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, através do registro, notificação, cadastramento ou comprovação da

isenção de controle sanitário. Havendo dúvida quanto à necessidade de o produto ser registrado junto à ANVISA, caberá ao proponente comprovar que o produto não está sob controle sanitário;

➤ Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar comprovação da solicitação de sua revalidação acompanhada do último registro vencido;

➤ Por ocasião da entrega na unidade requisitante os produtos devem apresentar validade equivalente a pelo menos 2/3 (dois terços) do prazo de validade total e constarem em nota fiscal os lotes e datas de validade nas quantidades correspondentes. Na hipótese de absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição, devidamente justificada e previamente avaliada pela Gerência de Suprimentos da Autarquia Hospitalar Municipal poderá, excepcionalmente, admitir a entrega, obrigando-se o fornecedor, quando acionado, a proceder a imediata substituição, à vista da inviabilidade de utilização dos produtos no período de validade;

➤ Reserva-se o direito à Unidade Requisitante de solicitar a qualquer momento amostras para análise, a fim de comprovar a qualidade do produto ofertado, subsidiando assim a opção técnica;

➤ Os produtos deverão atender aos dispositivos da Lei nº 8.078 de 11.09.90 do Código de Defesa do Consumidor.

➤ O fornecedor deverá arcar com os custos da análise laboratorial, caso o produto ofertado apresente suspeita de irregularidade. Os laudos emitidos serão considerados suficientes para exigir a substituição do produto quando o resultado da análise for desfavorável, ou seja, diferente das especificações prometidas pelo fabricante. Todo produto considerado impróprio ao uso será encaminhado à Vigilância Sanitária para a inutilização nos termos legais;

### **Referentes ao proponente**

➤ Apresentar comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa proponente, emitida pelo órgão competente da ANVISA;

➤ A revalidação da Autorização de Funcionamento deverá seguir o previsto na Lei 9.782 de 26 de janeiro de 1999;

➤ Apresentar comprovação da Licença de Funcionamento em vigor, emitida pela Autoridade Sanitária local.

➤ Caso a revalidação da licença de funcionamento para o presente exercício não tenha sido concedida, a proponente deverá apresentar a licença de funcionamento do exercício anterior acompanhada do protocolo de revalidação;

➤ Apresentar comprovante de Responsabilidade Técnica da empresa proponente em vigor, exercida por um profissional habilitado, emitido pelo respectivo Conselho de Classe.

➤ Apresentar atestado(s) de capacidade técnica, em cópia acompanhada do original ou autenticada, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) a aptidão para o desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitação. Para fins do disposto, considera-se atividade pertinente ao objeto licitado o fornecimento de material médico hospitalar.

#### **Disposições gerais sobre os documentos**

- Todos os documentos apresentados deverão ser claros e legíveis;
- Documentos apresentados na forma de impressões do sítio da ANVISA ou cópia do Diário Oficial estão sujeitos a conferência pela equipe técnica da AHM.
- Documentos apresentados em cópia deverão ser autenticados ou estar acompanhados de original para conferência.
- Os documentos apresentados em língua estrangeira, emitidos por entidades públicas ou privadas de seus países de origem, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados brasileiros e traduzidos por tradutor juramentado;

#### **IV - APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA**

Sob pena de desclassificação dos itens, o Licitante melhor classificado, no prazo de 01 (um) dia útil, deverá encaminhar 3 (Três) unidades do item de amostra do produto ofertado, na embalagem original de fornecimento (embalagem primária), devidamente identificadas contendo nome da empresa fornecedora, CNPJ da mesma, marca e fabricante do produto ofertado, para análise pela equipe técnica;

- As amostras deverão ser entregues pessoalmente ou encaminhadas por correio no mesmo prazo na Rua Frei Caneca, 1398 - Consolação - São Paulo-SP, 3º (terceiro) andar, Setor CATS (Comissão de Avaliação de Tecnologias em Saúde), horário das 08:00 às 16:00 horas. O comprovante de envio servirá como prova de envio das amostras deste que encaminhados no prazo de dois dias úteis.
- A não apresentação da amostra, ou sua inadequação as exigências técnicas especificadas no edital, ensejará a desclassificação do item correspondente.
- As amostras serão analisadas pela equipe técnica considerando as características do material, conforme o descritivo do edital.
- Os pareceres emitidos pela equipe técnica serão considerados suficientes para desclassificar os produtos.
- As amostras apresentadas pelas licitantes não serão restituídas.

## V - DA ENTREGA

A entrega deverá ser de caráter imediato 150.000 unds e a cada 7 dias 200.000 unds a contar da retirada/recebimento das Ordens de Fornecimento, nos locais abaixo descritos:

### **HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARMINO CARICCHIO**

Av. Celso Garcia, 4.815 - Tatuapé

### **HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO**

Al. Rodrigo de Brum, 1989 - Ermelino Matarazzo

### **HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES ROCHA**

Estr. de Itapeperica da Serra, 1.661 - Vila Maracanã

### **HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA**

R. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 860 - Jabaquara

### **HOSPITAL MUNICIPAL IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEA**

R. Juventus , 562 - Mooca

### **HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA**

Av. Menotti Laudisio, 100 - Pirituba

### **HOSPITAL MUNICIPAL PROF. WALDOMIRO DE PAULA**

R. Augusto Carlos Baumann, 1074 - Itaquera

### **HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETUBAL**

R. Dr. José Guilherme Eiras, 123 - S. Miguel Paulista

### **HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI**

R. Lucas de Leyde, 257 - Rio Pequeno

### **HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALEXANDRE ZAIO**

R. Alves Maldonado, 128 - V.Nhocuné

### **HOSPITAL MUNICIPAL BENEDICTO MONTENEGRO**

Rua Antônio Lázaro, 226. Bairro Jardim Iva

### **ALMOXARIFADO CENTRAL DA AHM**

Av. Octaviano Alves de Lima, 4000 - Freguesia do Ó