

TERMO DE REFERÊNCIA PARA A AQUISIÇÃO DE LUXÍMETRO DIGITAL

1. Objeto

Aquisição de luxímetro digital para medição dos níveis de iluminação nos postos de trabalho.
Código Prodam: 02.013.00026.00

2. Descrição do instrumento

2.1. Luxímetro com display digital para a medição do iluminamento em ambiente interno e externo com as seguintes características técnicas:

- a) Faixa de medição: 0 a 400 kLux / 0 a 40 Fc
- b) Exatidão: $\pm (3\% + 0.5\% \text{ FS})$ até 10kLux $\pm (4\% + 10\text{dígitos})$ acima de 10kLux
- c) Certificado de calibração com rastreabilidade RBC INMETRO
- d) Recursos adicionais:
 - Iluminação do visor (backlight)
 - Congelamento de leitura (HOLD)
 - Registros de máxima e mínima
 - Barra gráfica digital
 - Indicação de bateria com pouca carga
 - 1 sensor de iluminância com cabo espiral
 - 1 estojo de proteção
 - 1 manual de instruções

3. Modelo de Referência: AKSO modelo AK310



4. Quantidade e Garantia

01 (um) aparelho com certificado de garantia mínima de 1 (um) ano, incluindo o certificado de calibração previsto na alínea c) do item 2.1.

5. Aprovação

A proponente deverá enviar, por meio eletrônico, um prospecto do produto com as informações do fabricante, procedência e características técnicas para avaliação e aprovação prévia .

6. Local de entrega

Rua Pedro de Toledo, 983- Vila Clementino - São Paulo - SP, CEP 04039-032, de 2ª a 6ª feira, no horário das 8:30 às 16:00 horas.


Walter Jacubauskas
Técnico Segurança Trabalho
R.F. 17.120-7

SP 18/07/2019