



**SPDM  
PAIS**

**ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**  
Fundada em 1932 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/04/1963  
**Programa de Atenção Integral à Saúde**

**Memorando nº. 413/2023 – COORDENAÇÃO INTEGRAÇÕES E PROJETOS - SPDM/PAIS**

São Paulo, 14 de setembro de 2023

**ILMA. SRA**

**Andreza Aparecida Yabiku**

**Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste**

Considerando a demanda em aditar o Contrato de Gestão Nº 005/2015 Vila Mariana/ Jabaquara/ Ipiranga, em vigência, nos fora encaminhado o presente aditivo abaixo designado, após devida análise e assinatura do representante da Organização Social, vem pelo presente direcionar este, seguindo o mesmo em 03 (três) vias.

**Termo Aditivo nº: 155/2023**

**Contrato de Gestão nº: 005/2015**

**Processo: 2014-0.321.777-3**

**Âmbito de Atuação:** Supervisão Técnica de Saúde Vila Mariana/ Jabaquara/ Ipiranga.

**Objeto do Aditamento:** Aquisição de Material Permanente - Contrapartida BID Adição de recursos, a título de investimento, para aquisição de equipamentos assistenciais devido à mudança de endereço e da nomenclatura da UBS Cidade Vargas para UBS Guarani Vargas.

**Encaminhamos ainda duas vias dos documentos abaixo designados, sendo 01 via para anexar ao processo do**

**Termo Aditivo e 01 via para protocolo da SPDM.**

- Declaração de isenção de Impostos da SPDM/PAIS
- Certificado - CEBAS Saúde

Solicitamos que após assinatura do representante da SMS uma via do presente Termo Aditivo seja encaminhada a SPDM/PAIS.

Atenciosamente,

Carolina Sampão  
Coordenação Integrações e Projetos  
SPDM / PAIS

**ENTRADA**

14 SET 2023

*Cleber*

**DPCSS CRS SUDESTE**



**SPDM**

**ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**

Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963

Ao  
**Representante da Secretaria Municipal da Saúde da Cidade de São Paulo**

**SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, com sede à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – São Paulo/SP – CEP 04024-002, inscrita no CNPJ sob o nº 61.699.567/0001-92, **DECLARA à Secretaria Municipal da Saúde da Cidade de São Paulo**, para fins de não incidência na fonte do IR, da CSLL, da Cofins, e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter filantrópico, a que se refere o art 15 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.


Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos, cumulativamente:

- a) é entidade sem fins lucrativos;
- b) presta serviços para os quais foi instituída e os coloca à disposição do grupo de pessoas a que se destinam;
- c) não remunera seus dirigentes por serviços prestados, com exceção da forma prevista no artigo 3º, § 1º, da Lei Complementar 187/2021;
- d) aplica integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais;
- e) mantém escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
- f) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e
- g) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB);

II - o signatário é representante legal desta entidade, assumindo o compromisso de informar à RFB e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 11 de setembro de 2023

  
**Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira**  
Diretor-Presidente



Nº 235 – DOU de 08/12/16 – Seção 1 – p.68

**MINISTÉRIO DA SAÚDE**  
**SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE**

**PORTARIA Nº 1.893, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2016**

Defere a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, da SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, com sede em São Paulo (SP).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009

e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a competência prevista no art. 3º da Portaria nº 834/GM/MS, de 26 de abril de 2016, que redefine os procedimentos relativos à certificação das entidades beneficentes de assistência social na área da saúde, e


Considerando o Parecer Técnico nº 859/2016-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.153024/2014-03/MS, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da Portaria nº 834/GM/MS de 26 de abril de 2016, do Decreto nº 8.242 de 23 de maio de 2014 e da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, CNPJ nº 61.699.567/0001-92, com sede em São Paulo (SP).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 01 de janeiro de 2015 à 31 de dezembro de 2017.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

  
Ministério da Saúde  
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde  
Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde

Declaração

Processo nº 25000.001939/2021-55

Interessado: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

Entidade: SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina

CNPJ nº 61.699.567/0001-92

Rua Napoleão de Barros, nº 715 – Bairro: Vila Clementino.

CEP: 04.024-002 – São Paulo/SP.

Em atenção à solicitação contida no e-mail, de 04/01/2021, registrado pelo SEI nº 25000.001939/2021-55, acerca do andamento do requerimento de renovação de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS – relativo à SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina, inscrita no CNPJ nº 61.699.567/0001-92, temos a informar que consultando o nosso Sistema de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social – SISCEBAS verifica-se que a aludida Entidade, teve o seu Certificado **deferido** (SEI nº 25000.153024/2014-03) conforme Portaria SAES/MS nº 1.893, de 07/12/2016, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 08/12/2016, com validade de **01/01/2015 a 31/12/2017**.

Em cumprimento ao que dispõe o § 1º do Artigo 24, da Lei 12.101, de 27/11/2009, na qual prevê que “§ 1º *Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de validade do certificado*” informamos que a entidade protocolou em 30/10/2017, **tempestivamente**, o seu requerimento de renovação, conforme SEI nº **25000.463598/2017-21**, o qual se encontra aguardando manifestação do Ministério da Educação – MEC.

Até a presente data o processo com o pedido de renovação não foi concluído, estando a Entidade alcançada pelo disposto no §2º, do art. 24, da Lei 12.101/2009, ao estabelecer que “§ 2º *a certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado*”.

Ainda em relação à condição de tempestividade da entidade, cumpre-nos citar o disposto no § 3º do artigo 8º, do Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014, ao dispor que:

“ 8º O protocolo do requerimento de renovação da certificação será considerado prova da certificação até o julgamento do seu processo pelo Ministério certificador.

§ 1º O disposto no *caput* aplica-se aos requerimentos de renovação da certificação redistribuídos nos termos do art. 35 da Lei nº 12.101, de 2009, assegurado às entidades interessadas o fornecimento de cópias dos protocolos.

§ 2º O disposto no *caput* não se aplica aos requerimentos de renovação da certificação protocolados fora do prazo legal ou com certificação anterior tornada sem efeito por qualquer motivo.

§ 3º A validade e a tempestividade do protocolo serão confirmadas pelo interessado mediante consulta da tramitação processual do requerimento na página do Ministério certificador na internet ou, na impossibilidade, por certidão expedida pelo Ministério certificador.”

Isto posto, são estas as informações que nos cabe apresentar, ressaltando que para acompanhar o andamento do processo e para maiores esclarecimentos em relação à Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde, sugerimos acessar <http://siscebas.saude.gov.br/siscebas/> link: “para acessar a visualização pública clique aqui”, pasta “documentos vinculados a esta entidade” e selecionar o protocolo SEI correspondente.

Para confirmar essas informações, sugerimos ligar para (61) 3315-6110 ou (61) 3315-6108.

**ADRIANA LUSTOSA ELOI VIEIRA**

Diretora

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Lustosa Eloi Vieira, Diretor(a) do Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde**, em 06/01/2021, às 18:14, conforme logotipo horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.saude.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código QRCode Assinatura verificador **0018473546** e o código CRC **C3AAC8B1**.

**TERMO ADITIVO Nº 155/2023-SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015-SMS.G**

**PROCESSO:** 2014-0.321.777-3

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

**OBJETO DO CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA / JABAQUARA E STS IPIRANGA.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Aquisição de Material Permanente - Contrapartida BID  
Adição de recursos, a título de investimento, para aquisição de equipamentos assistenciais devido à mudança de endereço e da nomenclatura da UBS Cidade Vargas para UBS Guarani Vargas.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada na excepcionalidade, conforme portarias SMS.G 702/2018, 819/2018, 877/2018, 962/2018, 128/2019, 164/2019, 198/2019, 683/2019, 1046/2019, 1377/2019, 471/2020, 585/2021 e 732/2022 por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 30.929.432-0, inscrito no CPF/MF sob nº 314.160.138-06, Coordenadora Regional de Saúde, designada por **CONTRANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 7791138 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 042.038.438-39, residente e domiciliado, nesta Capital, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

1. Fica estabelecido o valor de **R\$ 1.054.013,73 (Um milhão, cinquenta e quatro mil, treze reais e setenta e três centavos)**, a título de investimento, para aquisição de equipamentos assistenciais para mudança de endereço e da nomenclatura da UBS Cidade Vargas para **UBS Guarani Vargas**, conforme Despacho publicado no DOC de 01 de setembro de 2023, página 28 e retratificado no DOC de 04 de setembro de 2023, página 35. O pagamento das despesas de investimento será realizado em uma única parcela.

2. As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária com transferência de nº 84.11.10.301.3003.5.204.4.4.50.52.00.00.1.500.0003.0.


#### CLÁUSULA SEGUNDA


1. O recurso terá que ser utilizado, em até 90 dias, sob pena de perda da utilização do mesmo, levando em conta que os processos de aquisições serão apresentados de forma individualizada por Unidade de Saúde.
2. Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da aquisição dos equipamentos, para a respectiva prestação de contas e patrimonialização, que deverá conter obrigatoriamente a planilha descritiva de pesquisa de preço por item de despesa, além da documentação comprobatória da regularidade da aquisição e do recebimento.
3. A Prestação de Contas será feito em caráter especial, acompanhada das notas fiscais dos materiais comprados e recibos de pagamento, em conformidade com os manuais de prestação de contas vigentes, via webssas destinado a SMS/CPCS.
4. Caso haja saldo financeiro remanescente após a aquisição dos materiais permanentes constantes no **Anexo I**, o montante correspondente deverá ser devolvido aos cofres municipais imediatamente após a prestação de contas.

#### CLÁUSULA TERCEIRA


1. Os materiais permanentes adquiridos com base no presente Termo Aditivo deverão permanecer no mínimo 5 (cinco) anos na unidade destinatária, por se tratarem de contrapartidas ao BID em razão do contrato de Empréstimo 4641/OC-BR.
2. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato de Gestão Nº R005/2015-SMS.G
3. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.


São Paulo, 04 de setembro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**ANDREZA APARECIDA YABIKU**  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

  
\_\_\_\_\_  
**RONALDO RAMOS LARANJEIRA**  
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O  
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:

  
\_\_\_\_\_  
Nome: **ROSA E SILVA**  
RG: **42.265.438-9**

  
\_\_\_\_\_  
Nome: **CLAUDIS L. DE ROBERTO**  
RG: **24.780.457-9**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - BID - PERÍODO: SETEMBRO/2023		
<b>Nº DO CONTRATO:</b>	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA.	
<b>UNIDADE:</b>	UBS GUARANI/VARGAS	
<b>SERVIÇO:</b>	MISTA	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-
01.01.01 - Salários	-	-
01.01.02 - Adicional Insalubridade	-	-
01.01.03 - Gratificação	-	-
01.01.05 - Hora Extra	-	-
01.01.07 - 13º Salário	-	-
01.01.08 - Férias	-	-
01.01.12 - Triênio	-	-
01.01.14 - Adicional de Distância	-	-
01.11.15 - Adicional de Periculosidade	-	-
01.01.99 - Outros Proventos de Pessoal Próprio	-	-
01.02.01 - Vale Transporte	-	-
01.02.02 - Vale Refeição	-	-
01.02.06 - Vale Alimentação	-	-
01.02.99 - Outros Benefícios	-	-
01.03.03 - FGTS	-	-
01.04.01 - Rescisão	-	-
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal	-	-
01.05.01 - Díssidio	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-
02.02.01 - Orteses e Proteses	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-
02.04.01 - Combustíveis	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.04.04 - Gêneros Alimentícios	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	-	-
04.01.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-
04.01.08 - SND	-	-
04.01.09 - Serviços de Remoção	-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-
04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-
<b>5 - Manutenção</b>	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-



05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-
<b>6 - Obras - Investimentos</b>	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-
06.01.03 - Construção	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-
<b>7 - Equipamentos - Investimentos</b>	<b>1.054.013,73</b>	<b>1.054.013,73</b>
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	1.054.013,73	1.054.013,73
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-
<b>8 - Locação</b>	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
08.01.04 - Locação de Veículos	-	-
<b>9 - Utilidade Pública \ Diversos</b>	-	-
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
09.01.04 - Gás	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	-	-
09.02.01 - Taxas e Impostos	-	-
09.03.01 - Despesas Bancárias	-	-
09.04.01 - Suprimento de Caixa	-	-
<b>10 - Empréstimos</b>	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-
<b>TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)</b>	-	-
<b>TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)</b>	<b>1.054.013,73</b>	<b>1.054.013,73</b>
<b>TOTAL GERAL =</b>	<b>1.054.013,73</b>	<b>1.054.013,73</b>

**ANEXO I**

CONTRATO DE GESTÃO Nº R 005/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA/JABAQUARA E STS IPIRANGA				UNIDADE: UBS GUARANI/VARGAS
PLANO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - BEM PERMANENTE				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Amalgamador com frequência mínima de 4000 a 5000 oscilações por minuto de 5 a 9 segundos memória de programação	1	1.152,00	1.152,00
2	Aparelho de Raio - X odontológico de coluna móvel, com tensão nominal de 70 a ± 5kVp (nominal) Corrente nominal do cabeçote 8 a ± 1,4mA (valor médio máximo). Controle remoto conectado ao painel de comando através de fio espiralado, permite o comando a uma distância mínima de 3m; com registro anvisa.	1	13.076,83	13.076,83
3	Armário arquivo de aço com 4 gavetas para pastas suspensas - cor bege	2	2.439,00	4.878,00
4	Armário de aço com pé de sapata plástica - 2 portas com chave - 4 prateleiras - medida 1,90 x 0,90 x 0,40 - cor bege	5	2.033,33	10.166,67
5	Armário de aço com pé de sapata plástica - 2 portas com chave - 4 prateleiras - medida 1,90 x 0,90 x 0,40 - cor cinza	1	2.178,00	2.178,00
6	Armário roupeiro em aço (armário de vestiário) 16 portas - medida 198 x 122 cm - cor cinza	4	2.550,00	10.200,00
7	Armário vitrine com 1 porta para consultório em aço com 3 prateleiras. Pintura eletrostática - cor branco. Vidro incolor.	4	3.200,00	12.800,00
8	Armários de 2 portas - madeira - cor Maple Bilbao - medida 1,65 x 0,82 x 0,36. Puxadores - cor preto	12	2.050,00	24.600,00
9	Armários de bancada de 2 portas - madeira - cor Maple Bilbao - medida 0,75 x 0,80 x 0,42. Puxadores - cor preto	18	1.700,33	30.606,00
10	Arquivo - aço - cor cinza - para fichas 5 x 8 com 7 gavetas	1	5.883,33	5.883,33
11	Arquivo deslizante para prontuários sob medida	1	59.626,00	59.626,00
12	Aspirador Cirúrgico. Componentes: carro com 04 rodízios, 01 Bomba de Vácuo com pistão linear autolubrificante, 01 Frasco Coletor de 5 litros em PVC autoclavável, 01 Tampa Plástica com Válvula de Segurança Acoplada, 01 Jogo de Cânulas (3 unidades), 02 Metros de Tubo de Silicone, 01 Interruptor a pedal. Potência do Motor: 1/30 Hp; Alimentação: bivolt Volts/60 Hz. Frasco Coletor: Capacidade aproximada de 5 litros; Vácuo Máximo: 0,76 Kg/cm². Válvula de Segurança: Contra transbordamento do frasco; Vazão Livre: aproximadamente 30litros/minuto; Peso aproximado: 2,3 Kg. Acompanha Interruptor de pé. Com registro do Inmetro e registro na Anvisa. • Fluxo de aspiração: de 31 a 49 lpm • Suporte com rodízios • Válvula de segurança • Frasco: termoplástico autoclavável - REGISTRO VIGENTE NA ANVISA	1	4.950,00	4.950,00
13	Autoclave horizontal 60 litros e 05 ciclos pré-programados com temperaturas de esterilização de 121°C, e 134°C câmara interna em inox, sistemas de segurança mecânicos e eletrônicos. Registro vigente Anvisa.	2	17.666,67	35.333,33
14	Avental de borracha pumbífera para uso odontológico com protetor de tireóide	1	633,38	633,38
15	Balança antropométrica adulto (digital) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL CAP 200 KG • Balança digital antropométrica para medir e pesar pacientes; • Alimentação elétrica compatível com bivolt; • Display digital de 6 dígitos para visualização de peso; • Coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi; • Piso feito com material antiderrapante; • Pés nivelados feitos com material antiderrapante; • Sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 2 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm; • Sistema de medição de peso em Kg, medindo pelo menos até 200 Kg, com divisão de fração 100g; registro no inmetro	8	2.593,33	20.746,67
16	Balança antropométrica adulto (digital) para obeso -- Balança antropométrica adulto (digital) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL CAP 300 KG • Balança digital antropométrica para medir e pesar pacientes; • Alimentação elétrica compatível com bivolt; • Display digital de 6 dígitos para visualização de peso; • Coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi; • Piso feito com material antiderrapante; • Pés nivelados feitos com material antiderrapante; • Sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 3,0 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm; • Sistema de medição de peso em Kg, medindo pelo menos até 300 Kg, com divisão de fração 100g; registro no inmetro	1	3.187,33	3.187,33
17	Balança infantil (Digital) com colchão de espuma e napa preta Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt 127-220 Volts); Capacidade: 25 Kg; Visor digital com 06 dígitos em LED vermelho; Função TARA até a capacidade máxima da balança; Gabinete em plástico ABS injetado;	5	1.988,00	9.940,00

	Concha anatômica em polipropileno, com Régua Antropométrica (0 a 54 cm); Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato; Vibra Stop em borracha sintética; Registro ANVISA; Atender requisitos do INMETRO; Manual técnico em português; Com todos os acessórios inclusos para utilização do equipamento."			
18	Bancada Odontológica composta por módulo pia, gaveteiro e porta (sob medida)	4	11.589,41	46.357,63
19	Banco giratório de inox com altura regulável	6	708,64	4.251,84
20	Biombo triplo dobrável para ambos os lados para consultório com rodízio e com estrutura tubular e cortina vinil - cor branco	6	961,06	5.766,33
21	Bomba de Vácuo, vácuo máximo 720 mmHg/28,19 inHg, potência do motor 1,5hp, rotações do motor 3450-60 Hz. 520l/min.	1	4.983,60	4.983,60
22	Cadeira de rodas standard para obeso Em aço carbono ; Construída com tubos de aço carbono , acabamento em pintura eletrostática; Suporte de soro em aço inox AISI 304; Para tamanho adulto obeso; Largura de aproximadamente 1,25mtrs; Rodas traseiras raíadas de aproximadamente 24 cm de diâmetro, pneus maciços, aro de impulsão em alumínio; Rodas dianteiras de no mínimo 6", garfo de alumínio, aro de borracha maciça, movimentada sobre rolamentos de esfera; freios bilaterais ajustáveis; Braços bilaterais escamoteáveis com protetor de roupas e apoio de braço; Descansa pernas elevável e destacável em aço ou polietileno; pedais removíveis e eleváveis, com apoio de pé rebatível e ajustável na altura; Assento confeccionado em nylon impermeável; Capacidade ate : 250 kg. 1,20 mtrs de roda a roda . Encosto e assento acolchoado. REGISTRO VIGENTE NA ANVISA.	1	5.266,67	5.266,67
23	Cadeira fixa com armação de aço tubular, estofada com espuma e corino - cor preto	67	500,00	33.500,00
24	Cadeira giratória com braço 480x460mm estofada com espuma e corino - cor preto	39	768,00	29.952,00
25	Cadeira longarina ISO com 3 lugares de polipropileno - cor azul royal. Estrutura com pintura eletrostática a pó reforçada de coluna dupla em aço carbono - cor preto	50	1.946,67	97.333,33
26	Cadeira Oftalmo Otorrino Radiológica Standard - ajuste mecânico no encosto, assento com apoio para pés rebatível em 90°, cabeceira multiarticulada, braço escamoteável - cor azul	1	26.792,20	26.792,20
27	Caixa de som amplificada com 500w, microfone, bluetooth e entrada USB bivolt	1	914,96	914,96
28	Carro para curativo hospitalar inox com rodas - medida 0,75 x 0,45 x 0,80	1	1.194,97	1.194,97
29	Chave termoeletrica - Motor marca WEG para compressor	1	1.029,17	1.029,17
30	Compressor isento de óleo com Pressão de Operação Máxima 120 lbf/pol <sup>2</sup> ou 8,3 bar e Mínima 80 lbf/pol <sup>2</sup> ou 5,5 bar, Potência do Motor 5 hp 2,2 kW Nº de Polos 2, Volume do Reservatório 250 a 300 L, Deslocamento Teórico 25pcm a 27pcm , alimentação bifásico, painel de controle com dijudor motor	1	11.246,67	11.246,67
31	Detector fetal portátil digital - Detector fetal portátil digital - Alimentação do equipamento: 1X Bateria Alcalina 9V ; 1X Bateria NI-MH 9V recarregável e Carregador para bateria 9V Autonomia máxima de consumo: 5 horas. Potência máxima de consumo: 2VA. Potência máxima do áudio: 1000 mW. Saída para fone de ouvido. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem uso. Controle digital de volume com 15 níveis e salvamento automático do último nível selecionado. Interface com display LCD e backlight para mostrar os batimentos do coração do feto, nível da bateria, frequência de trabalho e a seleção do alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Faixa de medição da FCF: 30 a 240 bpm. Alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Frequência de trabalho: 2 MHz ± 10%. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm. Potência ultrassônica: < 5mW/cm <sup>2</sup> . Transdutor 2 MHz IP68 (opcional). Gabinete e transdutor injetados em material ABS, altamente resistentes à oxidação e deterioração. Suporte lateral para aporte do transdutor. Certificação INMETRO. Registro ANVISA. Atender as normas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1- 6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / ABNT NBR IEC 60601-2-37:2016.	5	1.270,00	6.350,00
32	Eletrocardiografo 12 canais e 12 derivações ( com 2 cabos ) - Eletrocardiografo 12 canais e 12 derivações ( com 2 cabos ) - ELETROCARDIOGRAFO • Portátil, para registro gráfico de ECG, capacidade 12 derivações simultâneas; • Impressão de 12 canais com identificação automática de todas as derivações, correção automática de linha de base, análise de traçado; • Teclado alfanumérico para inserção de dados do paciente; •	1	15.000,00	15.000,00

	Display para visualização de informações sobre o aparelho e o paciente; • Modos de operação: automático e manual; • Memória do último exame realizado; • Indicação de: falta de papel, eletrodo solto, tipo de alimentação e carga da bateria; • Ganho de 5, 10 e 20mm/mV; Filtro contra ruídos da rede elétrica e tremor muscular; • Proteção contra descarga de desfibrilador; • Impressora interna para papel no tamanho A4; • Impressão dos dados do paciente: nome, sobrenome, data de nascimento, sexo, etc; • Velocidade de impressão: 25 e 50mm/s; • Totalmente atualizável, com possibilidade de comunicação com PC; • Alimentação bivolt e bateria interna recarregável com autonomia para, no mínimo, 200 exames; com registro vigente na ANVISA.ACESSÓRIOS: • 08 (oito) Eletrodos periféricos tipo clips; • 12 (doze) Eletrodos precordiais reutilizáveis; • 02 (dois) Cabos de paciente de 10 vias originais do fabricante; • 01 (um) Cabo força; • 01 (um) Carro transporte; • 02 (dois) Tubos de gel.			
33	Equipo completo (cadeira odontológica - cor azul -, unidade auxiliar com cuspeira e sugador, refletor e Cart acoplado ou móvel com seringa triplice com 2 saídas para alta rotação e 1 saída para baixa rotação)	4	24.133,33	96.533,33
34	Escrivaninha - madeira - cor Maple Bilbao - com 2 gavetas, corredeiras metálicas, puxadores - cor preto, fechadura com chaves e pes em aço preto - medida 1,50 X 0,60	31	1.635,67	50.705,67
35	Espelho para escovodromo sob medida	1	2.803,18	2.803,18
36	Estante Bins nº. 5 com 36 box	1	2.083,33	2.083,33
37	Estante Bins nº. 6 com 49 box	1	2.833,33	2.833,33
38	Estante Bins nº. 7 com 42 box	1	4.133,33	4.133,33
39	Estante de Aço 2,00 x 0,92 x 0,42 - 5 prateleiras - cor cinza	11	1.733,33	19.066,67
40	Foco auxiliar parabólico LED - Foco auxiliar parabólico LED - Foco Clínico como Sistema de Iluminação LED de alta luminosidade com foco concentrado; • Suporte flexível em Aço Cromado; • Ajuste em todas as posições angulares desejadas; • Suporte flexível, hastes telescópicas (pedestal); • Fabricado em Alumínio Cromado para regulagem de altura; • Base de Aço com pintura eletrostática; • Mínimo de Quatro (04) rodízios para transporte do equipamento; • Cabo elétrico de no mínimo de 02 (dois) metros de comprimento; • Plugue e interruptor elétrico (liga/desliga); • Lâmpada com potência: mínima de: 3,0 Watts a 5,0 Watts; • Regulagem de Altura de aproximadamente de 1,00 a 1,75 metros. • Alimentação Elétrica: Bivolt, 60 Hz;	6	746,67	4.480,02
41	Fotopolimerizador wireless, bateria de Íon-Lítio e capacidade de 2200mAh com protetor ocular com registro na ANVISA.	4	1.216,67	4.866,67
42	Fraldário de parede dobrável/retrátil - cor branco - medida aproximada 100 x 60 cm - capacidade 50kg	1	841,67	841,67
43	Freezer vertical 66 litros para gelox - 110 volts - cor branco	1	3.410,50	3.410,50
44	Frigobar 120 litros - 110 volts - cor branco	2	1.859,25	3.718,50
45	KIT DIU Autoclavável de aço inox - Composição do KIT - 03 pinças de Cherron 24cm; 03 pinças Pozzi para útero reta 24cm; 03 histerômetros SIMS 27cm; 03 tesouras Metzenbaum curva	3	2.610,00	7.830,00
46	KIT IMPLANOM Autoclavável aço inox - Composição do KIT - 03 pinças assepsia / Pinça Pean 14cm; 03 pinças Halstead / Mosquito 12cm; 03 Porta agulhas; 03 pinças anatômicas sem dente 14cm; 03 tesouras cirúrgicas retas (FIO)	3	2.752,84	8.258,52
47	Kit estesiômetro - Monofilamentos	1	366,67	366,67
48	Kit suctor de 6mm com registro(para bomba vácuo)	4	863,67	3.454,67
49	Laringoscópio infantil com jogo de lâminas numeração 00, 1 e 2, reta e curva	1	916,67	916,67
50	Maca de transporte estofada com grade de proteção e travas nas rodas para obeso	1	3.164,23	3.164,23
51	Mesa auxiliar inox com rodas - medida 0,40 x 0,40 x 0,80	14	564,87	7.908,12
52	Mesa Auxiliar odontológica com 06 gavetas e rodas - medida 80 x 50 x 45cm - cor branco	4	3.610,00	14.440,00
53	Mesa de exame clínico - simples divã - medida 1,80m comp. X 0,65m larg. X 0,80m altura 150kg - espuma revestida com napa - cor preto. Armação tubular em pintura epóxi branca. Cabeceira reclinável e suporte para rolo de lençol descartável.	7	804,87	5.634,06
54	Mesa de reunião oval em MDP 8 lugares - cor Maple Bilbao - medida 2,00 x 90 x 74, pé de aço triplo - cor preto. Acabamento com fita de bordo	1	3.234,00	3.234,00
55	Mesa de reunião redonda com 04 cadeiras - medida 120 x 120 x 0,76 - tampo em MDP - cor Maple Bilbao. Estrutura com tubo central com base de quatro hastes - cor preto. Sapatas niveladoras para regulagem de estabilidade.	3	2.099,67	6.299,00
56	Mesa ginecológica tipo gabinete/armário em MDF com revestimento BP com 2 portas e 3 gavetas - cor maple bilbao/bege. Leito acolchoado revestido com napa - cor preto - medida 1,80 x 0,50 x 0,85. Porta coxas reguláveis e estofados (01 par) e suporte para rolo de lençol descartável. Cuba em aço inox.Cabeceira reclinável.	2	2.534,65	5.069,30
57	Mesa para refeitório com 08 lugares - cor bege - bancos acoplados. Estrutura metálica - cor preto	2	4.080,00	8.160,00
58	Microondas de 20 litros - 110 volts - cor branco	1	813,75	813,75
59	Microondas de 30 litros - 110 volts - cor branco	2	997,13	1.994,25
60	Mocho odontológico com assento giratório e encosto ergonômico - revestimento couro sintético cor azul. Base cinza em aço carbono e acabamento em polipropileno com regulagem de altura a gás	8	1.312,39	10.499,12
61	Negatoscópio 01 corpo LED - 110 volts	1	482,96	482,96
62	Negatoscópio 1 corpo LED Bivolt	8	482,96	3.863,68

63	Otoscópio com cabo em aço inoxidável ou em metal cromado de alta resistência a corrosão. Uso com pilhas médias comuns. Cabeçote para espelhos com lâmpada. Regulador de alta e baixa luminosidade. Visor articulado ao cabeçote e móvel. 5 espelhos anti-reflexivo com encaixe de metal cromado, reutilizáveis e em diferentes calibres, de forma ergonômica e encaixe positivo e autoclavável. Acompanha: lâmpada e visor sobressalente. Identificação do fabricante timbrada na peça. REGISTRO VIGENTE ANVISA.	6	605,33	3.632,00
64	OXIMETRO DE DEDO- Fonte de alimentação: 2 x 1,5V (duas baterias alcalinas AAA 1.5V); Faixa de medição SpO2: 0 - 100% com Precisão de ±2% entre 70%~100%; Faixa de medição de Pulso PR: 30 bpm~250bpm com Precisão de ±2 bpm; Resolução.SpO2: 1% e PR: 1bpm; Desempenho em condição de pulso fraco:Mostrados corretamente quando a relação pulso-preenchimento é de 0,4%; Resistência à luz circundante: Em sala escura a leitura é inferior a ±1%; Tipo de Display:LED Local de medição:Dedo Grau de proteção contra entrada de líquido:IP22 Classificação Elétrica: Classe II, tipo BF; Tamanho máximo (dimensão): L58mm X C32mm X A34mm; Exibição na Tela:SpO2, Pulso numerico e Gráficos CURVA PLESTIMOGRÁFICA(em forma de onda e barras); Armazena dados de SpO2 na base de dados, registro vigente na ANVISA.	6	523,33	3.140,00
65	Poltrona hospitalar reclinável com movimentos simultâneos de encosto e descansa pés acionado por alavanca lateral - estofados em espuma revestidos de corano - cor preto. Estrutura em tubo de aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó - cor branco	3	1.858,13	5.574,38
66	Prancha de polietileno adulto (socorrista)	1	746,67	746,67
67	Projektor datashow - 110 volts	1	3.149,64	3.149,64
68	Refrigerador Frost Free 450L - 110 volts - cor branco	1	4.550,20	4.550,20
69	Régua de inalação 4 bicos com fluxômetro (O2 e Ar comprimido)	1	1.516,67	1.516,67
70	Régua de inalação 7 bicos com fluxômetro (O2 e Ar comprimido)	1	1.516,67	1.516,67
71	Suporte para Avental pumblífero	1	353,33	353,33
72	Tela de projeção manual - medida 1,80 x 1,80 cm	1	566,73	566,73
73	Ultrassom e jato de bicarbonato O2 canetas com bomba peristáltica e frequência de 24 a 33 KHz,capa das canetas removível e autoclavável, bivolt , valvula dupla pneumática,chave seletora ultrasom ou jato de bicarbonato , transdutor cerâmico pizoeletrico, canetas autoclaváveis.	4	3.903,42	15.613,67
74	Vibrador de Gesso - Carenagem injetada em material resistente a impacto e lavável , base e aço, mesa removível, bivolt , luz indicadora de liga / desliga , O2 estagios de vibração ( auto e baixo)	1	538,22	538,22
75	Sistema de Ar Condicionado - Climatização - (EQUIPAMENTO)	1	125.103,12	125.103,12
76	Sistema de Ar Condicionado - Climatização - (INSTALAÇÃO)	1	60.250,33	60.250,33
<b>TOTAL</b>		<b>412</b>	<b>-</b>	<b>1.054.013,73</b>

<b>CONTRATO DE GESTÃO Nº R 005/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA/JABAQUARA E STS IPIRANGA</b>		<b>UNIDADE:</b> <b>UBS</b> <b>GUARANI/VARGAS</b>
<b>RELAÇÃO DE AQUISIÇÕES POR SETOR</b>		
<b>SETORES</b>	<b>DESCRIPTIVO</b>	<b>QUANTIDADE</b>
<b>CONSULTÓRIOS CLÍNICOS - 03 CONSULTÓRIOS</b>	Armários de bancada de 2 portas - madeira - cor Maple Bilbao - medida 0,75 x 0,80 x 0,42. Puxadores - cor preto	3
	Balança antropométrica adulto (digital) <b>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL CAP 200 KG</b> • Balança digital antropométrica para medir e pesar pacientes; • Alimentação elétrica compatível com bivolt ; • Display digital de 6 dígitos para visualização de peso; • Coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi; • Piso feito com material antiderrapante; • Pés nivelados feitos com material antiderrapante; • Sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 2 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm; • Sistema de medição de peso em Kg, medindo pelo menos até 200 Kg, com divisão de fração 100g; registro no immetro	3
	Cadeira giratória com braço 480x460mm estofada com espuma e corino - cor preto	3
	Escrivania - madeira - cor Maple Bilbao - com 2 gavetas, corredejas metálicas, puxadores - cor preto, fechadura com chaves e pés em aço preto - medida 1,50 X 0,60	3
	Mesa de exame clínico - simples divã - medida 1,80m comp. X 0,65m larg. X 0,80m altura 150kg - espuma revestida com napa - cor preto. Armação tubular em pintura epóxi branca. Cabeceira reclinável e suporte para rolo	3

	de lençol descartável.	
	Negatoscópio 1 corpo LED Bivolt	3
	Otoscópio com cabo em aço inoxidável ou em metal cromado de alta resistência a corrosão. Uso com pilhas médias comuns. Cabeçote para espéculos com lâmpada. Regulador de alta e baixa luminosidade. Visor articulado ao cabeçote e móvel. 5 espéculos anti-reflexivo com encaixe de metal cromado, reutilizáveis e em diferentes calibres, de forma ergonômica e encaixe positivo e autoclavável. Acompanha: lâmpada e visor sobressalente. Identificação do fabricante timbrada na peça. REGISTRO VIGENTE ANVISA.	3
	OXIMETRO DE DEDO- Fonte de alimentação: 2 x 1,5V (duas baterias alcalinas AAA " 1.5V); Faixa de medição spO2: 0 - 100% com Precisão de $\pm 2\%$ entre 70%~100%; Faixa de medição de Pulso PR: 30 bpm~250bpm com Precisão de $\pm 2$ bpm; Resolução:SpO2: 1% e PR: 1bpm; Desempenho em condição de pulso fraco:Mostrados corretamente quando a relação pulso-preenchimento é de 0,4%; Resistência à luz circundante: Em sala escura a leitura é inferior a $\pm 1\%$ ; Tipo de Display:LED Local de medição:Dedo Grau de proteção contra entrada de líquido:IP22 Classificação Elétrica: Classe II, tipo BF; Tamanho máximo (dimensão): L58mm X C32mm X A34mm; Exibição na Tela:SpO2, Pulso numérico e Gráficos CURVA PLESTIMOGRAFICA(em forma de onda e barras); Armazena dados de SpO2 na base de dados, registro vigente na ANVISA.	3
CONSULTÓRIO DE PEDIATRIA - 02 CONSULTÓRIOS	Armários de bancada de 2 portas - madeira - cor Maple Bilbao - medida 0,75 x 0,80 x 0,42. Puxadores - cor preto	2
	Balança antropométrica adulto (digital) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL CAP 200 KG • Balança digital antropométrica para medir e pesar pacientes; • Alimentação elétrica compatível com bivolt ; • Display digital de 6 dígitos para visualização de peso; • Coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi; • Piso feito com material antiderrapante; • Pés nivelados feitos com material antiderrapante; • Sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 2 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm; • Sistema de medição de peso em Kg, medindo pelo menos até 200 Kg, com divisão de fração 100g; registro no immetro	1
CONSULTÓRIO DE PEDIATRIA - 02 CONSULTÓRIOS	Balança infantil (Digital) com colchão de espuma e napa pretaFonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt 127-220 Volts);Capacidade: 25 Kg; Visor digital com 06 dígitos em LED vermelho; Função TARA até a capacidade máxima da balança;Gabinete em plástico ABS injetado;Concha anatômica em polipropileno, com Régua Antropométrica (0 a 54 cm);Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato;Vibra Stop em borracha sintética; Registro ANVISA;Atender requisitos do INMETRO;Manual técnico em português;Com todos os acessórios inclusos para utilização do equipamento."	1
	Cadeira giratória com braço 480x460mm estofada com espuma e corino - cor preto	2
	Escrivaninha - madeira - cor Maple Bilbao - com 2 gavetas, corrediças metálicas, puxadores - cor preto, fechadura com chaves e pés em aço preto - medida 1,50 X 0,60	2
	Mesa de exame clínico - simples divã - medida 1,80m comp. X 0,65m larg. X 0,80m altura 150kg - espuma revestida com napa - cor preto. Armação tubular em pintura epóxi branca. Cabeceira reclinável e suporte para rolo de lençol descartável.	1
	Negatoscópio 1 corpo LED Bivolt	1
	Otoscópio com cabo em aço inoxidável ou em metal cromado de alta resistência a corrosão. Uso com pilhas médias comuns. Cabeçote para espéculos com lâmpada. Regulador de alta e baixa luminosidade. Visor articulado ao cabeçote e móvel. 5 espéculos anti-reflexivo com encaixe de metal cromado, reutilizáveis e em diferentes calibres, de forma ergonômica e encaixe positivo e autoclavável. Acompanha: lâmpada e visor sobressalente. Identificação do fabricante timbrada na peça. REGISTRO VIGENTE ANVISA.	1
OXIMETRO DE DEDO- Fonte de alimentação: 2 x 1,5V (duas baterias alcalinas AAA " 1.5V);	2	

	<p>Faixa de medição SpO2: 0 - 100% com Precisão de <math>\pm 2\%</math> entre 70%~100%;          Faixa de medição de Pulso PR: 30 bpm~250bpm com Precisão de <math>\pm 2</math> bpm;          Resolução:SpO2: 1% e PR: 1bpm;          Desempenho em condição de pulso fraco:Mostrados corretamente quando a relação pulso-preenchimento é de 0,4%;          Resistência à luz circundante: Em sala escura a leitura é inferior a <math>\pm 1\%</math>;          Tipo de Display:LED          Local de medição:Dedo          Grau de proteção contra entrada de líquido:IP22          Classificação Elétrica: Classe II, tipo BF;          Tamanho máximo (dimensão): L58mm X C32mm X A34mm;          Exibição na Tela:SpO2, Pulso numérico e Gráficos CURVA PLESTIMOGRÁFICA(em forma de onda e barras);          Armazena dados de SpO2 na base de dados, registro vigente na ANVISA.</p>		
	Armários de 2 portas - madeira - cor Maple Bilbao - medida 1,65 x 0,82 x 0,36. Puxadores - cor preto		1
	Armários de bancada de 2 portas - madeira - cor Maple Bilbao - medida 0,75 x 0,80 x 0,42. Puxadores - cor preto		1
CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM - 01 CONSULTÓRIO	<p>Balança antropométrica adulto (digital) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL CAP 200 KG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Balança digital antropométrica para medir e pesar pacientes;</li> <li>Alimentação elétrica compatível com bivolt ;</li> <li>Display digital de 6 dígitos para visualização de peso;</li> <li>Coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi;</li> <li>Piso feito com material antiderrapante;</li> <li>Pés nivelados feitos com material antiderrapante;</li> <li>Sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 2 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm;</li> <li>Sistema de medição de peso em Kg, medindo pelo menos até 200 Kg, com divisão de fração 100g; registro no immetro</li> </ul>		1
	<p>Balança infantil (Digital) com colchão de espuma e napa preta          Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt 127-220 Volts);          Capacidade: 25 Kg;          Visor digital com 06 dígitos em LED vermelho;          Função TARA até a capacidade máxima da balança;          Gabinete em plástico ABS injetado;          Concha anatômica em polipropileno, com Régua Antropométrica (0 a 54 cm);          Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato;          Vibra Stop em borracha sintética;          Registro ANVISA;          Atender requisitos do INMETRO;          Manual técnico em português;          Com todos os acessórios inclusos para utilização do equipamento."</p>		1
	Banco giratório de inox com altura regulável		1
CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM - 01 CONSULTÓRIO	Biombo triplo dobrável para ambos os lados para consultório com rodízio e com estrutura tubular e cortina vinil - cor branco		1
CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM - 01 CONSULTÓRIO	Cadeira giratória com braço 480x460mm estofada com espuma e corino - cor preto		1
CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM - 01 CONSULTÓRIO	<p>Detector fetal portátil digital - Detector fetal portátil digital - Alimentação do equipamento: 1X Bateria Alcalina 9V ;          1X Bateria NI-MH 9V recarregável e Carregador para bateria 9V          Autonomia máxima de consumo: 5 horas.          Potência máxima de consumo: 2VA.          Potência máxima do áudio: 1000 mW.          Saída para fone de ouvido.          Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem uso.          Controle digital de volume com 15 níveis e salvamento automático do último nível selecionado.          Interface com display LCD e backlight para mostrar os batimentos do coração do feto, nível da bateria,frequência de trabalho e a seleção do alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente).          Faixa de medição da FCF: 30 a 240 bpm.          Alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente).          Frequência de trabalho: 2 MHz <math>\pm</math> 10%.          Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm.          Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm.          Potência ultrassônica: &lt; 5mW/cm<sup>2</sup>.</p>		1

	<p>Transdutor 2 MHz IP68 (opcional). Gabinete e transdutor injetados em material ABS, altamente resistentes à oxidação e deterioração. Suporte lateral para aporte do transdutor. Certificação INMETRO. Registro ANVISA. Atender as normas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / ABNT NBR IEC 60601-2-37:2016.</p>		
	<p>Escrivaninha - madeira - cor Maple Bilbao - com 2 gavetas, corredeiras metálicas, puxadores - cor preto, fechadura com chaves e pés em aço preto - medida 1,50 X 0,60</p>	1	
	<p>Foco auxiliar parabólico LED - Foco auxiliar parabólico LED - Foco Clínico como Sistema de Iluminação LED de alta luminosidade com foco concentrado; • Suporte flexível em Aço Cromado; • Ajuste em todas as posições angulares desejadas; • Suporte flexível, hastes telescópicas (pedestal); • Fabricado em Alumínio Cromado para regulação de altura; • Base de Aço com pintura eletrostática; • Mínimo de Quatro (04) rodízios para transporte do equipamento; • Cabo elétrico de no mínimo de 02 (dois) metros de comprimento; • Plugue e interruptor elétrico (liga/desliga); • Lâmpada com potência: mínima de: 3,0 Watts a 5,0 Watts; • Regulação de Altura de aproximadamente de 1,00 a 1,75 metros. • Alimentação Elétrica: Bivolt, 60 Hz;</p>	1	
	<p>Mesa auxiliar inox com rodas - medida 0,40 x 0,40 x 0,80</p>	1	
	<p>Negatoscópio 1 corpo LED Bivolt</p>	1	
CONSULTÓRIO DE GINECOLOGIA - 02 CONSULTÓRIOS	<p>Armários de bancada de 2 portas - madeira - cor Maple Bilbao - medida 0,75 x 0,80 x 0,42. Puxadores - cor preto</p>	2	
	<p>Balança antropométrica adulto (digital) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL CAP 200 KG • Balança digital antropométrica para medir e pesar pacientes; • Alimentação elétrica compatível com bivolt; • Display digital de 6 dígitos para visualização de peso; • Coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi; • Piso feito com material antiderrapante; • Pés nivelados feitos com material antiderrapante; • Sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 2 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm; • Sistema de medição de peso em Kg, medindo pelo menos até 200 Kg, com divisão de fração 100g; registro no immetro</p>	1	
	<p>Banco giratório de inox com altura regulável</p>	2	
CONSULTÓRIO DE GINECOLOGIA - 02 CONSULTÓRIOS	<p>Cadeira giratória com braço 480x460mm estofada com espuma e corino - cor preto</p>	2	
	<p>Detector fetal portátil digital - Detector fetal portátil digital - Alimentação do equipamento: 1X Bateria Alcalina 9V ; 1X Bateria NI-MH 9V recarregável e Carregador para bateria 9V Autonomia máxima de consumo: 5 horas. Potência máxima de consumo: 2VA. Potência máxima do áudio: 1000 mW. Saída para fone de ouvido. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem uso. Controle digital de volume com 15 níveis e salvamento automático do último nível selecionado. Interface com display LCD e backlight para mostrar os batimentos do coração do feto, nível da bateria, frequência de trabalho e a seleção do alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Faixa de medição da FCF: 30 a 240 bpm. Alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Frequência de trabalho: 2 MHz ± 10%. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm. Potência ultrassônica: &lt; 5mW/cm². Transdutor 2 MHz IP68 (opcional). Gabinete e transdutor injetados em material ABS, altamente resistentes à oxidação e deterioração. Suporte lateral para aporte do transdutor. Certificação INMETRO.</p>	1	



	Registro ANVISA. Atender as normas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-5:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / ABNT NBR IEC 60601-2-37:2016.	
	Escrivaninha - madeira - cor Maple Bilbao - com 2 gavetas, corredeiras metálicas, puxadores - cor preto, fechadura com chaves e pés em aço preto - medida 1,50 X 0,60	2
	Foco auxiliar parabólico LED - Foco auxiliar parabólico LED - Foco Clínico como Sistema de Iluminação LED de alta luminosidade com foco concentrado; • Suporte flexível em Aço Cromado; • Ajuste em todas as posições angulares desejadas; • Suporte flexível, hastes telescópicas (pedestal); • Fabricado em Alumínio Cromado para regulagem de altura; • Base de Aço com pintura eletrostática; • Mínimo de Quatro (04) rodízios para transporte do equipamento; • Cabo elétrico de no mínimo de 02 (dois) metros de comprimento; • Plugue e interruptor elétrico (liga/desliga); • Lâmpada com potência: mínima de: 3,0 Watts a 5,0 Watts; • Regulagem de Altura de aproximadamente de 1,00 a 1,75 metros. • Alimentação Elétrica: Bivolt, 60 Hz;	2
	Mesa ginecológica tipo gabinete/armário em MDF com revestimento BP com 2 portas e 3 gavetas - cor maple bilbao/bege. Leito acolchoado revestido com napa - cor preto - medida 1,80 x 0,50 x 0,85. Porta coxas reguláveis e estofados (01 par) e suporte para rolo de lençol descartável. Cuba em aço inox. Cabeceira reclinável.	1
	Negatoscópio 1 corpo LED Bivolt	2
	KIT DIU Autoclavável de aço inox - Composição do KIT - 03 pinças de Cherron 24cm; 03 pinças Pozzi para útero reta 24cm; 03 histerômetros SIMS 27cm; 03 tesouras Metzenbaum curva	3
	KIT IMPLANOM Autoclavável aço inox - Composição do KIT - 03 pinças assepsia / Pinça Pean 14cm; 03 pinças Halstead / Mosquito 12cm; 03 Porta agulhas; 03 pinças anatômicas sem dente 14cm; 03 tesouras cirúrgicas retas (FIO)	3
<b>CONSULTÓRIO MÉDICO/ENFERMAGEM DA ESF - 02 CONSULTÓRIOS</b>	Armários de 2 portas - madeira - cor Maple Bilbao - medida 1,65 x 0,82 x 0,36. Puxadores - cor preto	2
	Armários de bancada de 2 portas - madeira - cor Maple Bilbao - medida 0,75 x 0,80 x 0,42. Puxadores - cor preto	2
	Balança antropométrica adulto (digital) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL CAP 200 KG • Balança digital antropométrica para medir e pesar pacientes; • Alimentação elétrica compatível com bivolt ; • Display digital de 6 dígitos para visualização de peso; • Coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi; • Piso feito com material antiderrapante; • Pés nivelados feitos com material antiderrapante; • Sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 2 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm; • Sistema de medição de peso em Kg, medindo pelo menos até 200 Kg, com divisão de fração 100g; registro no Immetro	2
	Balança infantil (Digital) com colchão de espuma e napa preta Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt 127-220 Volts); Capacidade: 25 Kg; Visor digital com 06 dígitos em LED vermelho; Função TARA até a capacidade máxima da balança; Gabinete em plástico ABS injetado; Concha anatômica em polipropileno, com Régua Antropométrica (0 a 54 cm); Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato; Vibra Stop em borracha sintética; Registro ANVISA; Atender requisitos do INMETRO; Manual técnico em português; Com todos os acessórios inclusos para utilização do equipamento."	2
	Banco giratório de inox com altura regulável	2
	Biombo triplo dobrável para ambos os lados para consultório com rodízio e com estrutura tubular e cortina vinil - cor branco	2

	Cadeira fixa com armação de aço tubular, estofada com espuma e corino - cor preto	1
	Cadeira giratória com braço 480x460mm estofada com espuma e corino - cor preto	2
	Detector fetal portátil digital - Detector fetal portátil digital - Alimentação do equipamento: 1X Bateria Alcalina 9V ; 1X Bateria NI-MH 9V recarregável e Carregador para bateria 9V Autonomia máxima de consumo: 5 horas. Potência máxima de consumo: 2VA. Potência máxima do áudio: 1000 mW. Saída para fone de ouvido. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem uso. Controle digital de volume com 15 níveis e salvamento automático do último nível selecionado. Interface com display LCD e backlight para mostrar os batimentos do coração do feto, nível da bateria, frequência de trabalho e a seleção do alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Faixa de medição da FCF: 30 a 240 bpm. Alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Frequência de trabalho: 2 MHz ± 10%. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm. Potência ultrassônica: < 5mW/cm². Transdutor 2 MHz IP68 (opcional). Gabinete e transdutor injetados em material ABS, altamente resistentes à oxidação e deterioração. Suporte lateral para aporte do transdutor. Certificação INMETRO. Registro ANVISA. Atender as normas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / ABNT NBR IEC 60601-2-37:2016.	2
	Escritivaninha - madeira - cor Maple Bilbao - com 2 gavetas, corredeiras metálicas, puxadores - cor preto, fechadura com chaves e pés em aço preto - medida 1,50 X 0,60	2
<b>CONSULTÓRIO MÉDICO/ENFERMAGEM DA ESF - 02 CONSULTÓRIOS</b>	Foco auxiliar parabólico LED - Foco auxiliar parabólico LED - Foco Clínico como Sistema de Iluminação LED de alta luminosidade com foco concentrado; • Suporte flexível em Aço Cromado; • Ajuste em todas as posições angulares desejadas; • Suporte flexível, hastes telescópicas (pedestal); • Fabricado em Alumínio Cromado para regulagem de altura; • Base de Aço com pintura eletrostática; • Mínimo de Quatro (04) rodízios para transporte do equipamento; • Cabo elétrico de no mínimo de 02 (dois) metros de comprimento; • Plugue e interruptor elétrico (liga/desliga); • Lâmpada com potência: mínima de: 3,0 Watts a 5,0 Watts; • Regulagem de Altura de aproximadamente de 1,00 a 1,75 metros. • Alimentação Elétrica: Bivolt, 60 Hz;	2
	Mesa auxiliar inox com rodas - medida 0,40 x 0,40 x 0,80	2
	Mesa ginecológica tipo gabinete/armário em MDF com revestimento BP com 2 portas e 3 gavetas - cor maple bilbao/bege. Leito acolchoado revestido com napa - cor preto - medida 1,80 x 0,50 x 0,85. Porta coxas reguláveis e estofados (01 par) e suporte para rolo de lençol descartável. Cuba em aço inox. Cabeceira reclinável.	1
	Negatoscópio 1 corpo LED Bivolt	1
	Otoscópio com cabo em aço inoxidável ou em metal cromado de alta resistência a corrosão. Uso com pilhas médias comuns. Cabeçote para espéculos com lâmpada. Regulador de alta e baixa luminosidade. Visor articulado ao cabeçote e móvel. 5 espéculos anti-reflexivo com encaixe de metal cromado, reutilizáveis e em diferentes calibres, de forma ergonômica e encaixe positivo e autoclavável. Acompanha: lâmpada e visor sobressalente. Identificação do fabricante timbrada na peça. REGISTRO VIGENTE ANVISA.	2
<b>SALA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>	Armários de 2 portas - madeira - cor Maple Bilbao - medida 1,65 x 0,82 x 0,36. Puxadores - cor preto	2
	Cadeira giratória com braço 480x460mm estofada com espuma e corino - cor preto	2
	Escritivaninha - madeira - cor Maple Bilbao - com 2 gavetas, corredeiras metálicas, puxadores - cor preto, fechadura com chaves e pés em aço preto - medida 1,50 X 0,60	2
	Mesa de reunião redonda com 04 cadeiras - medida 120 x 120 x 0,76 -	3


	tampo em MDP - cor Maple Bilbao. Estrutura com tubo central com base de quatro hastes - cor preto. Sapatas niveladoras para regulagem de estabilidade.	
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Armários de bancada de 2 portas - madeira - cor Maple Bilbao - medida 0,75 x 0,80 x 0,42. Puxadores - cor preto	1
	Balança infantil (Digital) com colchão de espuma e napa preta Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt 127-220 Volts); Capacidade: 25 Kg; Visor digital com 06 dígitos em LED vermelho; Função TARA até a capacidade máxima da balança; Gabinete em plástico ABS injetado; Concha anatômica em polipropileno, com Régua Antropométrica (0 a 54 cm); Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em polycarbonato; Vibra Stop em borracha sintética; Registro ANVISA; Atender requisitos do INMETRO; Manual técnico em português; Com todos os acessórios inclusos para utilização do equipamento."	1
	Balança antropométrica adulto (digital) para obeso - - Balança antropométrica adulto (digital) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL CAP 300 KG <ul style="list-style-type: none"> <li>Balança digital antropométrica para medir e pesar pacientes;</li> <li>Alimentação elétrica compatível com bivolt ;</li> <li>Display digital de 6 dígitos para visualização de peso;</li> <li>Coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi;</li> <li>Piso feito com material antiderrapante;</li> <li>Pés nivelados feitos com material antiderrapante;</li> <li>Sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 3,0 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm;</li> <li>Sistema de medição de peso em Kg, medindo pelo menos até 300 Kg, com divisão de fração 100g; registro no Immetro</li> </ul>	1
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Cadeira fixa com armação de aço tubular, estofada com espuma e corino - cor preto	2
	Cadeira giratória com braço 480x460mm estofada com espuma e corino - cor preto	1
	Escrivaninha - madeira - cor Maple Bilbao - com 2 gavetas, corredeiras metálicas, puxadores - cor preto, fechadura com chaves e pés em aço preto - medida 1,50 X 0,60	1
	OXIMETRO DE DEDO- Fonte de alimentação: 2 x 1,5V (duas baterias alcalinas AAA " 1.5V); Faixa de medição SpO2: 0 - 100% com Precisão de ±2% entre 70%~100%; Faixa de medição de Pulso PR: 30 bpm~250bpm com Precisão de ±2 bpm; Resolução:SpO2: 1% e PR: 1bpm; Desempenho em condição de pulso fraco:Mostrados corretamente quando a relação pulso-preenchimento é de 0,4%; Resistência à luz circundante: Em sala escura a leitura é inferior a ±1%; Tipo de Display:LED Local de medição:Dedo Grau de proteção contra entrada de líquido:IP22 Classificação Elétrica: Classe II, tipo BF; Tamanho máximo (dimensão): L58mm X C32mm X A34mm; Exibição na Tela:SpO2, Pulso numérico e Gráficos CURVA PLESTIMOGRÁFICA(em forma de onda e barras); Armazena dados de SpO2 na base de dados, registro vigente na ANVISA.	1
SALA DE CURATIVO/SUTURA	Armários de bancada de 2 portas - madeira - cor Maple Bilbao - medida 0,75 x 0,80 x 0,42. Puxadores - cor preto	1
	Banco giratório de inox com altura regulável	1
	Biombo triplo dobrável para ambos os lados para consultório com rodízio e com estrutura tubular e cortina vinil - cor branco	1
	Cadeira fixa com armação de aço tubular, estofada com espuma e corino - cor preto	1
	Cadeira giratória com braço 480x460mm estofada com espuma e corino - cor preto	1
	Carro para curativo hospitalar inox com rodas - medida 0,75 x 0,45 x 0,80	1
	Escrivaninha - madeira - cor Maple Bilbao - com 2 gavetas, corredeiras metálicas, puxadores - cor preto, fechadura com chaves e pés em aço preto - medida 1,50 X 0,60	1

	Foco auxiliar parabólico LED - Foco auxiliar parabólico LED - Foco Clínico como Sistema de Iluminação LED de alta luminosidade com foco concentrado; • Suporte flexível em Aço Cromado; • Ajuste em todas as posições angulares desejadas; • Suporte flexível, hastes telescópicas (pedestal); • Fabricado em Alumínio Cromado para regulagem de altura; • Base de Aço com pintura eletrostática; • Mínimo de Quatro (04) rodízios para transporte do equipamento; • Cabo elétrico de no mínimo de 02 (dois) metros de comprimento; • Plugue e interruptor elétrico (liga/desliga); • Lâmpada com potência: mínima de: 3,0 Watts a 5,0 Watts; • Regulagem de Altura de aproximadamente de 1,00 a 1,75 metros. • Alimentação Elétrica: Bivolt, 60 Hz;	1
	Kit estesiômetro - Monofilamentos	1
	Microondas de 20 litros - 110 volts - cor branco	1
SALA DE PROCEDIMENTOS/MEDICAÇÃO	Armários de 2 portas - madeira - cor Maple Bilbao - medida 1,65 x 0,82 x 0,36. Puxadores - cor preto	1
	Armário vitrine com 1 porta para consultório em aço com 3 prateleiras. Pintura eletrostática - cor branco. Vidro incolor.	1
	Biombo triplo dobrável para ambos os lados para consultório com rodízio e com estrutura tubular e cortina vinil - cor branco	1
	Cadeira fixa com armação de aço tubular, estofada com espuma e corino - cor preto	3
	Cadeira giratória com braço 480x460mm estofada com espuma e corino - cor preto	1
	Escritaninha - madeira - cor Maple Bilbao - com 2 gavetas, correções metálicas, puxadores - cor preto, fechadura com chaves e pés em aço preto - medida 1,50 X 0,60	1
	Mesa auxiliar inox com rodas - medida 0,40 x 0,40 x 0,80	2
	Poltrona hospitalar reclinável com movimentos simultâneos de encosto e descansa pés acionado por alavanca lateral - estofados em espuma revestidos de corano - cor preto. Estrutura em tubo de aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó - cor branco	3
	Régua de inalação 4 bicos com fluxômetro (O2 e Ar comprimido)	1
SALA DE VACINA	Arquivo - aço - cor cinza - para fichas 5 x 8 com 7 gavetas	1
	Cadeira fixa com armação de aço tubular, estofada com espuma e corino - cor preto	2
	Cadeira giratória com braço 480x460mm estofada com espuma e corino - cor preto	1
	Mesa de exame clínico - simples divã - medida 1,80m comp. X 0,65m larg. X 0,80m altura 150kg - espuma revestida com napa - cor preto. Armação tubular em pintura epóxi branca. Cabeceira reclinável e suporte para rolo de lençol descartável.	1
	Escritaninha - madeira - cor Maple Bilbao - com 2 gavetas, correções metálicas, puxadores - cor preto, fechadura com chaves e pés em aço preto - medida 1,50 X 0,60	1
	Freezer vertical 66 litros para gelox - 110 volts - cor branco	1
	Armários de 2 portas - madeira - cor Maple Bilbao - medida 1,65 x 0,82 x 0,36. Puxadores - cor preto	2
SALA DE REUNIÕES E GRUPOS EDUCATIVOS - 02 SALAS	Cadeira fixa com armação de aço tubular, estofada com espuma e corino - cor preto	35
	Caixa de som amplificada com 500w, microfone, bluetooth e entrada USB bivolt	1
	Projektor datashow - 110 volts	1
	Mesa de reunião oval em MDP 8 lugares - cor Maple Bilbao - medida 2,00 x 90 x 74, pé de aço triplo - cor preto. Acabamento com fita de bordo	1
	Tela de projeção manual - medida 1,80 x 1,80 cm	1
	Armário vitrine com 1 porta para consultório em aço com 3 prateleiras. Pintura eletrostática - cor branco. Vidro incolor.	2
	Aspirador Cirúrgico. Componentes: carro com 04 rodízio, 01 Bomba de Vácuo com pistão linear autolubrificante, 01 Frasco Coletor de 5 litros em PVC autoclavavel, 01 Tampa Plástica com Válvula de Segurança Acoplada, 01 Jogo de Cânulas (3 unidades), 02 Metros de Tubo de Silicone, 01 Interruptor a pedal. Potência do Motor: 1/30 Hp; Alimentação: bivolt Volts/60 Hz. Frasco Coletor: Capacidade aproximada de 5 litros; Vácuo Máximo: 0,76 Kg/cm². Válvula de Segurança: Contra transbordamento do frasco; Vazão Livre: aproximadamente 30litros/minuto; Peso aproximado: 2,3 Kg. Acompanha Interruptor de pé. Com registro do Inmetro e registro na Anvisa. • Fluxo de aspiração: de 31 a 49 lpm	1

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suporte com rodízios</li> <li>• Válvula de segurança</li> <li>• Frasco: termoplástico autoclavável - REGISTRO VIGENTE NA ANVISA</li> </ul>	
	Biombo triplo dobrável para ambos os lados para consultório com rodízio e com estrutura tubular e cortina vinil - cor branco	1
	Cadeira fixa com armação de aço tubular, estofada com espuma e corino - cor preto	2
	<p>Eletrocardiógrafo 12 canais e 12 derivações ( com 2 cabos ) - Eletrocardiógrafo 12 canais e 12 derivações ( com 2 cabos ) - ELETROCARDIÓGRAFO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portátil, para registro gráfico de ECG, capacidade 12 derivações simultâneas;</li> <li>• Impressão de 12 canais com identificação automática de todas as derivações, correção automática de linha de base, análise de traçado;</li> <li>• Teclado alfanumérico para inserção de dados do paciente;</li> <li>• Display para visualização de informações sobre o aparelho e o paciente;</li> <li>• Modos de operação: automático e manual;</li> <li>• Memória do último exame realizado;</li> <li>• Indicação de: falta de papel, eletrodo solto, tipo de alimentação e carga da bateria;</li> <li>• Ganho de 5, 10 e 20mm/mV; Filtro contra ruídos da rede elétrica e tremor muscular;</li> <li>• Proteção contra descarga de desfibrilador;</li> <li>• Impressora interna para papel no tamanho A4;</li> <li>• Impressão dos dados do paciente: nome, sobrenome, data de nascimento, sexo, etc;</li> <li>• Velocidade de impressão: 25 e 50mm/s;</li> <li>• Totalmente atualizável, com possibilidade de comunicação com PC;</li> <li>• Alimentação bivolt e bateria interna recarregável com autonomia para, no mínimo, 200 exames; com registro vigente na ANVISA.</li> </ul> <p>ACESSÓRIOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 08 (oito) Eletrodos periféricos tipo clips;</li> <li>• 12 (doze) Eletrodos precordiais reutilizáveis;</li> <li>• 02 (dois) Cabos de paciente de 10 vias originais do fabricante;</li> <li>• 01 (um) Cabo força;</li> <li>• 01 (um) Carro transporte;</li> <li>• 02 (dois) Tubos de gel.</li> </ul>	1
	Laringoscópio infantil com jogo de lâminas numeração 00 , 1 e 2, reta e curva	1
	Maca de transporte estofada com grade de proteção e travas nas rodas para obeso	1
	Mesa auxiliar inox com rodas - medida 0,40 x 0,40 x 0,80	1
	Prancha de polietileno adulto (socorrista)	1
	Régua de inalação 7 bicos com fluxômetro (O2 e Ar comprimido)	1
ESTERILIZAÇÃO/EXPURGO	Armário de aço com pé de sapata plástica - 2 portas com chave - 4 prateleiras - medida 1,90 x 0,90 x 0,40 - cor bege	1
	Armário vitrine com 1 porta para consultório em aço com 3 prateleiras. Pintura eletrostática - cor branco. Vidro incolor.	1
	Autoclave horizontal 60 litros e 05 ciclos pré-programados com temperaturas de esterilização de 121°C, e 134°C câmara interna em inox , sistemas de segurança mecânicos e eletrônicos. Registro vigente Anvisa.	2
DML	Armário de aço com pé de sapata plástica - 2 portas com chave - 4 prateleiras - medida 1,90 x 0,90 x 0,40 - cor cinza	1
	Estante de Aço 2,00 x 0,92 x 0,42 - 5 prateleiras - cor cinza	1
SALA DE ADMINISTRAÇÃO	Armários de 2 portas - madeira - cor Maple Bilbao - medida 1,65 x 0,82 x 0,36. Puxadores - cor preto	2
	Armários de bancada de 2 portas - madeira - cor Maple Bilbao - medida 0,75 x 0,80 x 0,42. Puxadores - cor preto	2
	Armário arquivo de aço com 4 gavetas para pastas suspensas - cor bege	2
	Cadeira fixa com armação de aço tubular, estofada com espuma e corino - cor preto	5
	Cadeira giratória com braço 480x460mm estofada com espuma e corino - cor preto	5
	Escrivania - madeira - cor Maple Bilbao - com 2 gavetas, corredejas metálicas, puxadores - cor preto, fechadura com chaves e pés em aço preto - medida 1,50 X 0,60	5
RECEPÇÃO/SAME/ESPERA/REGULAÇÃO	Armários de bancada de 2 portas - madeira - cor Maple Bilbao - medida 0,75 x 0,80 x 0,42. Puxadores - cor preto	3
	Arquivo deslizante para prontuários sob medida	1
	Cadeira de rodas standard para obeso Em aço carbono ;	1



	<p>Construída com tubos de aço carbono , acabamento em pintura eletrostática; Suporte de soro em aço inox AISI 304; Para tamanho adulto obeso; Largura de aproximadamente 1,25mtrs; Rodas traseiras raiadas de aproximadamente 24 cm de diâmetro, pneus maciços, aro de impulsão em alumínio; Rodas dianteiras de no mínimo 6", garfo de alumínio, aro de borracha maciça, movimentada sobre rolamentos de esfera; freios bilaterais ajustáveis; Braços bilaterais escamoteáveis com protetor de roupas e apoio de braço; Descansa pernas elevável e destacável em aço ou polietileno; pedais removíveis e eleváveis, com apoio de pé rebatível e ajustável na altura; Assento confeccionado em nylon impermeável; Capacidade até : 250 kg. 1,20 mtrs de roda a roda . Encosto e assento acolchoado. REGISTRO VIGENTE NA ANVISA.</p>	
	Cadeira fixa com armação de aço tubular, estofada com espuma e corino - cor preto	6
	Cadeira giratória com braço 480x460mm estofada com espuma e corino - cor preto	6
	Cadeira longarina ISO com 3 lugares de polipropileno - cor azul royal. Estrutura com pintura eletrostática a pó reforçada de coluna dupla em aço carbono - cor preto	50
<b>ALMOXARIFADO/ FRALDAS</b>	Armário de aço com pé de sapata plástica - 2 portas com chave - 4 prateleiras - medida 1,90 x 0,90 x 0,40 - cor bege	2
	Cadeira giratória com braço 480x460mm estofada com espuma e corino - cor preto	1
	Escritaninha - madeira - cor Maple Bilbao - com 2 gavetas, correções metálicas, puxadores - cor preto, fechadura com chaves e pés em aço preto - medida 1,50 X 0,60	1
	Estante de Aço 2,00 x 0,92 x 0,42 - 5 prateleiras - cor cinza	6
<b>FARMÁCIA / DISPENSAÇÃO</b>	Armário de aço com pé de sapata plástica - 2 portas com chave - 4 prateleiras - medida 1,90 x 0,90 x 0,40 - cor bege	2
	Cadeira giratória com braço 480x460mm estofada com espuma e corino - cor preto	3
	Escritaninha - madeira - cor Maple Bilbao - com 2 gavetas, correções metálicas, puxadores - cor preto, fechadura com chaves e pés em aço preto - medida 1,50 X 0,60	1
	Estante Bins nº. 5 com 36 box	1
	Estante Bins nº. 6 com 49 box	1
	Estante Bins nº. 7 com 42 box	1
	Estante de Aço 2,00 x 0,92 x 0,42 - 5 prateleiras - cor cinza	2
	Frigobar 120 litros - 110 volts - cor branco	1
	Estante de Aço 2,00 x 0,92 x 0,42 - 5 prateleiras - cor cinza	2
<b>COPA DE FUNCIONÁRIOS</b>	Mesa para refeitório com 08 lugares - cor bege - bancos acoplados. Estrutura metálica - cor preto	2
	Microondas de 30 litros - 110 volts - cor branco	2
	Refrigerador Frost Free 450L - 110 volts - cor branco	1
<b>CONSULTÓRIO MULTIUSO - 02 SALAS (AS e UVIS)</b>	Armários de 2 portas - madeira - cor Maple Bilbao - medida 1,65 x 0,82 x 0,36. Puxadores - cor preto	2
	Cadeira fixa com armação de aço tubular, estofada com espuma e corino - cor preto	4
	Cadeira giratória com braço 480x460mm estofada com espuma e corino - cor preto	2
	Escritaninha - madeira - cor Maple Bilbao - com 2 gavetas, correções metálicas, puxadores - cor preto, fechadura com chaves e pés em aço preto - medida 1,50 X 0,60	2
	Mesa de exame clínico - simples divã - medida 1,80m comp. X 0,65m larg. X 0,80m altura 150kg - espuma revestida com napa - cor preto. Armação tubular em pintura epóxi branca. Cabeceira reclinável e suporte para rolo de lençol descartável.	2
	Cadeira fixa com armação de aço tubular, estofada com espuma e corino - cor preto	6
<b>SALA DE COLETA</b>	Cadeira giratória com braço 480x460mm estofada com espuma e corino - cor preto	1
	Escritaninha - madeira - cor Maple Bilbao - com 2 gavetas, correções metálicas, puxadores - cor preto, fechadura com chaves e pés em aço preto - medida 1,50 X 0,60	1
<b>SALA DE COLETA</b>	Frigobar 120 litros - 110 volts - cor branco	1
	Mesa auxiliar inox com rodas - medida 0,40 x 0,40 x 0,80	4



WC FEMININO - PCD	Fraldário de parede dobrável/retrátil - cor branco - medida aproximada 100 x 60 cm - capacidade 50kg	1
SALA TI	Cadeira giratória com braço 480x460mm estofada com espuma e corino - cor preto	1
	Escrivaninha - madeira - cor Maple Bilbao - com 2 gavetas, corredeiras metálicas, puxadores - cor preto, fechadura com chaves e pés em aço preto - medida 1,50 X 0,60	1
MATERIAL DE USO COMUM DA UNIDADE / VESTIÁRIO	Armário roupeiro em aço (armário de vestiário) 16 portas - medida 198 x 122 cm - cor cinza	4
VISITA DOMICILIAR	Detector fetal portátil digital - Detector fetal portátil digital - Alimentação do equipamento: 1X Bateria Alcalina 9V ; 1X Bateria NI-MH 9V recarregável e Carregador para bateria 9V Autonomia máxima de consumo: 5 horas. Potência máxima de consumo: 2VA. Potência máxima do áudio: 1000 mW. Saída para fone de ouvido. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem uso. Controle digital de volume com 15 níveis e salvamento automático do último nível selecionado. Interface com display LCD e backlight para mostrar os batimentos do coração do feto, nível da bateria, frequência de trabalho e a seleção do alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Faixa de medição da FCF: 30 a 240 bpm. Alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Frequência de trabalho: 2 MHz ± 10%. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm. Potência ultrassônica: < 5mW/cm². Transdutor 2 MHz IP68 (opcional). Gabinete e transdutor injetados em material ABS, altamente resistentes à oxidação e deterioração. Suporte lateral para aporte do transdutor. Certificação INMETRO. Registro ANVISA. Atender as normas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / ABNT NBR IEC 60601-2-37:2016.	1
ODONTOLOGIA - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	Amalgamador com frequência mínima de 4000 a 5000 oscilações por minuto de 5 a 9 segundos memoria de programação	1
	Bomba de Vácuo , vácuo máximo 720 mmHg/28,19 inHg, potência do motor 1,5hp, rotações do motor 3450-60 Hz. 520l/min.	1
	Chave termoeletrica - Motor marca WEG para compressor	1
	Compressor isento de óleo com Pressão de Operação Máxima 120 lbf/pol² ou 8,3 bar e Mínima 80 lbf/pol² ou 5,5 bar, Potência do Motor 5 hp 2,2 kW Nº de Polos 2, Volume do Reservatório 250 a 300 L, Deslocamento Teórico 25pcm a 27pcm , alimentação bifásico, painel de controle com dijudor motor	1
	Equipo completo ( cadeira odontológica - cor azul - , unidade auxiliar com cuspidora e sugador, refletor e Cart acoplado ou móvel com seringa tríplice com 2 saídas para alta rotação e 1 saída para baixa rotação)	4
	Fotopolimerizador wireless, bateria de Ion-Lítio e capacidade de 2200mAh com protetor ocular com registro na ANVISA.	4
	Kit suctor de 6mm com registro(para bomba vácuo)	4
	Negatoscópio 01 corpo LED - 110 volts	1
	Ultrassom e jato de bicarbonato 02 canetas com bomba peristáltica e frequência de 24 a 33 KHz, capa das canetas removível e autoclavável, bivolt , valvula dupla pneumática, chave seletora ultrasom ou jato de bicarbonato , transdutor cerâmico pizoelétrico, canetas autoclaváveis.	4
Vibrador de Gesso - Carenagem injetada em material resistente a impacto e lavável , base e aço, mesa removível, bivolt , luz indicadora de liga / desliga , 02 estagios de vibração ( auto e baixo)	1	
ODONTOLOGIA - SALA DE RADIOLOGIA	Aparelho de Raio - X odontológico de coluna móvel, com tensão nominal de 70 a ± 5kVp (nominal) Corrente nominal do cabeçote 8 a ± 1,4mA (valor médio máximo). Controle remoto conectado ao painel de comando através de fio espiralado, permite o comando a uma distância mínima de 3m; com registro anvisa.	1
	Armários de bancada de 2 portas - madeira - cor Maple Bilbao - medida 0,75 x 0,80 x 0,42. Puxadores - cor preto	1
	Avental de borracha pumlífera para uso odontológico com protetor de	1

	tireóide	
	Cadeira Oftalmo Otorrino Radiológica Standard - ajuste mecânico no encosto, assento com apoio para pés rebatível em 90°, cabeceira multiarticulada, braço escamoteável - cor azul	1
	Suporte para Avental pumlífero	1
<b>ODONTOLOGIA - CONSULTÓRIO</b>	Bancada Odontológica composta por módulo pia, gaveteiro e porta (sob medida)	4
	Cadeira giratória com braço 480x460mm estofada com espuma e corino - cor preto	4
	Escrivaninha - madeira - cor Maple Bilbao - com 2 gavetas, correções metálicas, puxadores - cor preto, fechadura com chaves e pés em aço preto - medida 1,50 X 0,60	4
	Mesa auxiliar inox com rodas - medida 0,40 x 0,40 x 0,80	4
	Mesa Auxiliar odontológica com 06 gavetas e rodas - medida 80 x 50 x 45cm - cor branco	4
	Mocho odontológico com assento giratório e encosto ergonômico - revestimento couro sintético cor azul. Base cinza em aço carbono e acabamento em polipropileno com regulagem de altura a gás	8
	<b>ODONTOLOGIA - ESCOVÓDROMO</b>	Espelho para escovodromo sob medida
<b>UNIDADE - GERAL</b>	Sistema de Ar condicionado - Climatização (Equipamento) - VIDE PLANILHA E PROJETOS ANEXOS	1
	Sistema de Ar condicionado - Climatização (Instalação)	1
<b>TOTAL</b>		<b>412</b>

**PLANILHA TÉCNICA COMPLEMENTAR – AVAC (Sistema de Ar Condicionado)**

ESPECIFICAÇÃO EVAPORADORAS - TÉRREO						
01.TAG	02.FABRICANTE	03.MODELO	04.TIPO	06.CAPACIDADE(BTU/h)	09.AMBIENTE	10.CONDENSADORA.TAG
EV-TE/001	Midea Springer	42MACA12S5	Hi-Wall	12000	UVIS	UC-COB/001
EV-TE/002		42MACA09S5	Hi-Wall	9000	COLETA	UC-COB/002
EV-TE/003		42MACA12S5	Hi-Wall	12000	VACINA	UC-COB/003
EV-TE/004		42MACA18S5	Hi-Wall	18000	MEDICAÇÃO	UC-COB/004
EV-TE/005		42MACA12S5	Hi-Wall	12000	VACINA	UC-COB/005
EV-TE/006		42MACA12S5	Hi-Wall	12000	SALA DO IDOSO	UC-COB/006
EV-TE/007		42MACA12S5	Hi-Wall	12000	CONS. 04	UC-COB/007
EV-TE/008		42MACA12S5	Hi-Wall	12000	SAÚDE DA MULHER	UC-COB/008
EV-TE/009		42MACA12S5	Hi-Wall	12000	GINECOLOGIA 01	UC-COB/009
EV-TE/010		42MACA09S5	Hi-Wall	9000	PANG	UC-COB/010
EV-TE/011		42MACA18S5	Hi-Wall	18000	ESTERILIZAÇÃO	UC-COB/011
EV-TE/012		42MACA09S5	Hi-Wall	9000	CURATIVO	UC-COB/012
EV-TE/013		42MACA09S5	Hi-Wall	9000	DEP. FARMÁCIA	UC-COB/013
EV-TE/014		42MACA09S5	Hi-Wall	9000	REGULAÇÃO	UC-COB/014
EV-TE/015		42MACA09S5	Hi-Wall	9000	GERÊNCIA	UC-COB/015
EV-TE/016		42MACA09S5	Hi-Wall	9000	CONS. 03	UC-COB/016
EV-TE/017		42MACA09S5	Hi-Wall	9000	CONS. 02	UC-COB/017
EV-TE/018		42MACA09S5	Hi-Wall	9000	CONS. 01	UC-COB/018

ESPECIFICAÇÃO EVAPORADORAS - SUPERIOR						
01.TAG	02.FABRICANTE	03.MODELO	04.TIPO	06.CAPACIDADE(BTU/h)	09.AMBIENTE	10.CONDENSADORA.TAG
EV-SU/001	Midea Springer	42MACA12S5	Hi-Wall	12000	ENFERMAGEM	UC-COB/019
EV-SU/002	Midea Springer	42MACA18S5	Hi-Wall	18000	ADMINISTRAÇÃO	UC-COB/020
EV-SU/003	Midea Springer	42MACA12S5	Hi-Wall	12000	ASSISTENTE	UC-COB/021
EV-SU/004	Midea Springer	42MACA09S5	Hi-Wall	9000	SAÚDE BUCAL	UC-COB/022
EV-SU/005	Midea Springer	42MACA09S5	Hi-Wall	9000	SAÚDE BUCAL	UC-COB/023
EV-SU/006	Midea Springer	42MACA18S5	Hi-Wall	18000	SAÚDE BUCAL	UC-COB/024
EV-SU/007	Midea Springer	42MACA18S5	Hi-Wall	18000	SAÚDE BUCAL	UC-COB/025
EV-SU/008	Midea Springer	42MACA12S5	Hi-Wall	12000	CONS. 05	UC-COB/026
EV-SU/009	Midea Springer	42MACA12S5	Hi-Wall	12000	CONS. 06	UC-COB/027
EV-SU/010	Midea Springer	42MACA18S5	Hi-Wall	18000	SALA DE REUNIÕES	UC-COB/028
EV-SU/011	CARRIER	42XQV36C5	PISO TETO	36000	PCR	UC-COB/029
EV-SU/012	CARRIER	42XQV36C5	PISO TETO	36000	ACS	UC-COB/030
EV-SU/013	Midea Springer	42MACA18S5	Hi-Wall	18000	T.I.	UC-COB/031



ESPECIFICAÇÃO DAS CONDENSADORAS			
01.TAG	02.FABRICANTE	03.MODELO	06.CAPACIDADE(BTU/h)
UC-COB/001	Midea Springer	38KCX12S5	12000
UC-COB/002	Midea Springer	38KCX09S5	9000
UC-COB/003	Midea Springer	38KQX12S5	12000
UC-COB/004	Midea Springer	38KCX18S5	18000
UC-COB/005	Midea Springer	38KCX12S5	12000
UC-COB/006	Midea Springer	38KCX12S5	12000
UC-COB/007	Midea Springer	38KCX12S5	12000
UC-COB/008	Midea Springer	38KCX12S5	12000
UC-COB/009	Midea Springer	38KCX12S5	12000
UC-COB/010	Midea Springer	38KCX09S5	9000
UC-COB/011	Midea Springer	38KCX18S5	18000
UC-COB/012	Midea Springer	38KCX09S5	9000
UC-COB/013	Midea Springer	38KCX09S5	9000
UC-COB/014	Midea Springer	38KCX09S5	9000
UC-COB/015	Midea Springer	38KCX09S5	9000
UC-COB/016	Midea Springer	38KCX09S5	9000
UC-COB/017	Midea Springer	38KCX09S5	9000
UC-COB/018	Midea Springer	38KCX09S5	9000
UC-COB/019	Midea Springer	38KCX12S5	12000
UC-COB/020	Midea Springer	38KCX18S5	18000
UC-COB/021	Midea Springer	38KCX12S5	12000
UC-COB/022	Midea Springer	38KCX09S5	9000
UC-COB/023	Midea Springer	38KCX09S5	9000
UC-COB/024	Midea Springer	38KCX18S5	18000
UC-COB/025	Midea Springer	38KCX18S5	18000
UC-COB/026	Midea Springer	38KCX12S5	12000
UC-COB/027	Midea Springer	38KCX12S5	12000
UC-COB/028	Midea Springer	38KCX18S5	18000
UC-COB/029	CARRIER	38CCV036515MC	36000
UC-COB/030	CARRIER	38CCV036515MC	36000
UC-COB/031	Midea Springer	38KCX18S5	18000

Obs. Planilha para fornecimento e instalação de equipamentos.

VENTILADORES - SUPERIOR			
TAG	MODELO	FABRICANTE	POTÊNCIA ELÉTRICA
VAE - COB/001	GCM-PF 400	S&P (COM FILTRO G4+M5)	0,75 CV - 220V / 3F+T / 220V
VAE - COB/001	GCM - PF 280	S&P (COM FILTRO G4+M5)	0,75 CV - 220V / 3F+T / 220V